



A.O. ICP – **Procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici "in service" per l'esecuzione di esami di chimica clinica e immunochimica per i Laboratori Analisi dell'A.O. ICP di Milano per un periodo di 60 mesi**

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

NR. QUESITO	Quesito	Risposta
1.	Si chiede di specificare se quanto richiesto a pag 76 dell'albo di gara, (pag 16 del disciplinare) laddove si richiede che gli elaborati abbiano una dimensione di massimo 60 facciate numerate, se il numero di facciate sia inteso per ogni singolo documento numerato dall'uno al sei, oppure come numero complessivo per tutti i sei documenti.	<i>Gli elaborati dovranno essere editi in massimo 60 facciate numerate, tale numero di facciate è inteso come numero complessivo per tutti i 6 (sei) documenti. Si veda il Disciplinare di gara alle pagg. 16 e 17.</i>
2.	Si chiede di specificare ,relativamente all'allegato 1 del capitolato speciale pag 34 e al fine di presentare una offerta congrua e non sovrastimata nei consumi proposti,se: a- il numero di determinazioni allegate al capitolato per ciascun presidio sia comprensivo delle determinazioni per i controlli e le calibrazioni e in caso negativo di dichiararne la frequenza di determinazione per ciascun analita b- distinguere quali siano i test di routine e quali i test di urgenza ed inoltre di dichiarare i giorni lavorativi per i quali essi vengono eseguiti.	<i>a- Il Numero indicato è il Numero delle determinazioni totali annue. Gli analiti con frequenza > a 500 determinazioni annue sono eseguibili giornalmente. Tutte le altre sono eseguibili 2 volte alla settimana. b- I test in Urgenza sono: 195.000 per il P.O. Buzzi e 325.000 per il P.O. Bassini. I test in Urgenza sono eseguibili 7/7 gg. 24/24 ore. I test di routine sono tutte le altre determinazioni indicate che sono eseguibili 6gg alla settimana tranne i test a bassa numerosità, sono eseguiti 2 volte alla settimana. Si allega la tabella degli esami eseguiti in Urgenza.</i>
3.	Si richiede di specificare meglio cosa venga inteso per fornitura di controllo di qualità interno di società terza, in quanto l'allegato 1 riporta esclusivamente il numero di determinazioni previste e nessuna indicazione sul controllo di qualità interno da offrire. Si rende necessario in questo caso per la ditta offerente, conoscere per quali parametri venga richiesto, i giorni di determinazione e il numero di controlli a seduta e se la tipologia della fornitura sia a discrezione dell'azienda offerente. Si richiede inoltre di conoscere se verrà valutata nelle caratteristiche della fornitura o meno la tipologia di controllo offerto.	<i>1. Il CQ di qualità di Società Terza è da ritenersi un CQ che viene offerto oltre il Controllo di Sistema (fornito dall'Azienda) per convalidare la correttezza delle calibrazioni degli analiti stessi. 2. I CQ di Società Terza dovranno essere forniti con le seguenti modalità: a) ogni 12 ore per le determinazioni eseguite in Urgenza 7gg/7gg; b) 2 livelli di CQ giornaliere per 6 gg/settimana per tutte le determinazioni > 500 test/anno; c) 2 livelli di CQ per 2 sedute settimanali per tutti gli altri test.</i>
4.	Pag 28 del disciplinare di gara (pag 88 ALBO) relativamente alla valutazione delle caratteristiche tecnico funzionali indicate nell'elemento 3.1: " Cuvette di lettura in vetro per il sistema di chimica clinica" si richiede quale sia l'importanza di natura tecnico funzionale attribuita all'utilizzo del vetro, rispetto	<i>Le cuvette in vetro hanno minori necessità di manutenzione rispetto alle cuvette di plastica poiché non necessitano di periodiche sostituzioni e di verifica della possibile opacità che potrebbe compromettere la qualità analitica. Inoltre essendo il vetro un materiale inerte vi è maggior garanzia di ridotta eventualità di carryover.</i>



A.O. ICP – **Procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici "in service" per l'esecuzione di esami di chimica clinica e immunochimica per i Laboratori Analisi dell'A.O. ICP di Milano per un periodo di 60 mesi**

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

	alle cuvette di natura differente utilizzate dalla più parte degli analizzatori presenti sul mercato, marcati CE e con CV estremamente contenuti dimostrati dai controlli nazionali e internazionali e dalle VEQ.	
5.	Vi chiediamo, per poter offrire un assetto corretto di quanto necessario alla strumentazione di preanalitica, di poter avere una idea indicativa del numero di provette/ die gestite per centro e dell'eventuale numero di provette che verrebbero ritappate quotidianamente.	1) Laboratorio Buzzi: le provette da gestire quotidianamente sono 2.700. Non è prevista la ritappatura. 2) Laboratorio Bassini: le provette da gestire quotidianamente sono 2.500. Non è prevista la ritappatura.
6.	Si richiede di confermare che nel calcolo delle confezioni di reagente necessarie all'esecuzione dei test richiesti, sia da tenere in considerazione anche la quota di reagente da offrire in eccesso che si potrebbe rendere necessaria per i test a bassa numerosità e che tenga pertanto conto delle reali scadenze a bordo dello strumento dei reagenti offerti.	<i>Si, è necessario tenere conto delle quote in eccesso di reagente da offrire in quanto i test a bassa numerosità avranno una cadenza analitica bisettimanale e, pertanto, sarà necessario tenere conto delle reali scadenze a bordo dello strumento dei reagenti offerti.</i>
7.	Si chiede di confermare se il principio di analisi elettrochemiluminescenza venga ritenuto assimilabile alla chemiluminescenza richiesta in gara.	<i>Si conferma assimilabile alla chemiluminescenza richiesta in gara il principio di analisi in elettrochemiluminescenza.</i>
8.	Si richiede di confermare che sia possibile offrire il parametro digossina con metodo analitico elettrochemiluminescenza	<i>Si conferma la possibilità di offrire il test digossina con metodo analitico in elettrochemiluminescenza.</i>
9.	Al fine di predisporre un adeguato progetto elettrico ed impiantistico, con la presente siamo a richiedere: 1)le piante in formato DWG per entrambi i laboratori, in modo da poter collocare le strumentazioni che andremo ad offrire e dimostrare che lo spazio è adeguato ad accoglierle. 2) di avere, sulle planimetrie, una chiara identificazione dei locali che sono messi a disposizione o potrebbero essere utilizzati per l'installazione della preanalitica e degli strumenti analitici nel pieno rispetto delle norme di sicurezza in vigore.	<i>Si allegano planimetrie in .dwg con l'identificazione dell'area prescelta per l'installazione delle nuove apparecchiature.</i>
10.	Con la presente si richiede di confermare che le schede di sicurezza dei prodotti offerti, non menzionate nel disciplinare di gara, sono da inviare solo in caso di aggiudicazione.	<i>Si conferma che le schede di sicurezza dei prodotti offerti, non menzionate nel Disciplinare di gara, sono da inviare solo in caso di aggiudicazione.</i>
11.	Si chiede di confermare che tutti i test richiesti nell'allegato tecnico n° 1 sono da ritenersi indispensabili, come da vostra indicazione riportata nel disciplinare di	<i>Sono da ritenersi indispensabili tutte le determinazioni dell'Allegato Tecnico 1. Sarà cura delle società partecipanti individuare e proporre soluzioni alternative per</i>



A.O. ICP – **Procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici "in service" per l'esecuzione di esami di chimica clinica e immunochimica per i Laboratori Analisi dell'A.O. ICP di Milano per un periodo di 60 mesi**

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

	gara, pag 28, elemento 3, punto 8.	<i>l'esecuzione delle determinazioni mancanti garantendo l'intera copertura degli analiti richiesti in gara.</i>
12.	L'offerta per i dosaggi di immunometria prevede già l'invio di materiale di controllo di terze parti, si richiede se specificare se è necessario aggiungere un ulteriore differente materiale di controllo di qualità fornito da altra azienda.	<i>Si conferma la necessità della fornitura di CQ di Società terza in quanto deve essere fornito materiale di controllo di Sistema per la corretta valutazione delle calibrazioni.</i>
13.	Si chiede di specificare quanti livelli di Controllo di qualità devono essere offerti.	<i>L'offerta deve comprendere 2 livelli di CQ di Società Terza e 1 livello dell'Azienda fornitrice come controllo di Sistema.</i>
14.	Al fine di correttamente quantificare il numero dei kit necessari per l'esecuzione del controllo di qualità, si chiede di specificare le sedute analitiche settimanali per tutti i test con una frequenza di richiesta bassa (<500 test / anno e <100 test/anno).	<i>Si confermano due sedute analitiche settimanali per tutti i test con frequenza < 500 determinazioni/anno.</i>
15.	Con riferimento al Disciplinare di Gara ed in particolare a quanto indicato a pag. 16 "Gli elaborati dovranno essere editi, in massimo 60 facciate numerate, in formato pdf" si chiede conferma che tale limite massimo di pagine sia riferito a ciascuno dei sei documenti richiesti, e non alla parte tecnica completa.	<i>Gli elaborati dovranno essere editi in massimo 60 facciate numerate, tale numero di facciate è inteso come numero complessivo per tutti i 6 (sei) documenti. Si veda il Disciplinare di gara alle pagg. 16 e 17.</i>
16.	Si chiede di specificare per ciascun laboratorio: <ul style="list-style-type: none">- gli spazi dedicati al posizionamento delle apparecchiature di analisi e alla preanalitica;- se sono possibili eventuali modifiche di questi spazi; Si fa richiesta di un file in formato DWG delle strutture interessate per la corretta valutazione degli spazi disponibili.	<i>Si allegano planimetrie in .dwg con l'identificazione dell'area prescelta per l'installazione delle nuove apparecchiature. La possibilità di eventuali modifiche degli spazi è prevista unicamente per il PO Bassini. Per tale presidio si segnala che le pareti divisorie dello spazio delimitato sulla planimetria, sono rimovibili, previo spostamento delle reti impiantistiche (idrico/scarico/elettrico) presenti. Inoltre il controsoffitto nell'area indicata non è autoportante, pertanto bisognerà provvedere a darne adeguato sostegno. Si specifica che, come descritto a pag. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, tutti gli eventuali lavori impiantistici, informatici e strutturali saranno a carico della società fornitrice e che, in ogni caso, la stessa dovrà rispettare quanto stabilito all'art. 6 "ordini e termini di consegne" del Capitolato Speciale d'Appalto.</i>
17.	Al fine di poter stendere un corretto progetto che illustri il posizionamento degli strumenti all'interno delle aree dedicate, si chiede se l'ente ritenga necessaria la produzione per le ditte offerenti di un layout per entrambi i laboratori. Per poter soddisfare questa necessità, è indispensabile che l'ente metta a disposizione delle aziende quanto richiesto nel precedente chiarimento.	<i>Si allegano planimetrie in .dwg con l'identificazione dell'area prescelta per l'installazione delle nuove apparecchiature.</i>



A.O. ICP – **Procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici "in service" per l'esecuzione di esami di chimica clinica e immunochimica per i Laboratori Analisi dell'A.O. ICP di Milano per un periodo di 60 mesi**

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

18.	<p>Per Ospedale BUZZI:</p> <p>1) Si chiede l'entità della potenza elettrica trifase disponibile nel laboratorio analisi nella sezione energia di continuità per valutare l'eventuale necessità di fornire UPS dedicati ai nuovi strumenti. Qualora la potenza disponibile fosse insufficiente saranno forniti UPS dedicati ai nuovi strumenti. Si richiede pertanto anche l'entità della potenza elettrica trifase disponibile nel laboratorio analisi nella sezione energia preferenziale (sotto gruppo elettrogeno) per l'alimentazione degli UPS stessi.</p> <p>2) Si richiede la portata dei solai di calpestio dei locali laboratorio analisi nei quali dovranno essere installati i nuovi strumenti.</p> <p>3) Si richiedono le piantine in formato dwg dei locali del laboratorio interessati dalla fornitura dei nuovi strumenti.</p>	<p><i>Per Ospedale BUZZI:</i></p> <p><i>1) Per la potenza elettrica dell'alimentazione di continuità trifase su un massimo di 125 A disponibili attualmente l'assorbimento si aggira tra i 23 e i 26 A per fase.</i></p> <p><i>Per la potenza elettrica dell'alimentazione Preferenziale trifase su un massimo di 200 A disponibili attualmente l'assorbimento si aggira intorno ai 23 A e 27 A per fase.</i></p> <p><i>2) Per quanto riguarda la portata dei solai il dato di progetto è stato calcolato su 500 Kg. per metro quadro.</i></p> <p><i>3) Si allegano planimetrie in .dwg con l'identificazione dell'area prescelta per l'installazione delle nuove apparecchiature.</i></p>
19.	<p>Per Ospedale BASSINI:</p> <p>1) Si chiede l'entità della potenza elettrica trifase disponibile nel laboratorio analisi nella sezione energia di continuità per valutare l'eventuale necessità di fornire UPS dedicati ai nuovi strumenti. Qualora la potenza disponibile fosse insufficiente saranno forniti UPS dedicati ai nuovi strumenti. Si richiede pertanto anche l'entità della potenza elettrica trifase disponibile nel laboratorio analisi nella sezione energia preferenziale (sotto gruppo elettrogeno) per l'alimentazione degli UPS stessi.</p> <p>2) Si richiede la portata dei solai di calpestio dei locali laboratorio analisi nei quali dovranno essere installati i nuovi strumenti.</p> <p>3) Si richiedono le piantine in formato dwg dei locali del laboratorio interessati dalla fornitura dei nuovi strumenti.</p>	<p><i>Per Ospedale BASSINI:</i></p> <p><i>1) Per la potenza elettrica dell'alimentazione di continuità Privilegiata su un massimo di 63 A disponibili attualmente l'assorbimento si aggira tra i 18 e i 20 A per fase.</i></p> <p><i>Per la potenza elettrica dell'alimentazione Preferenziale su un massimo di 32 A disponibili attualmente l'assorbimento si aggira intorno ai 15 A per fase.</i></p> <p><i>2) Per quanto riguarda la portata dei solai il dato di progetto è stato calcolato su 400 Kg. per metro quadro.</i></p> <p><i>3) Si allegano planimetrie in .dwg con l'identificazione dell'area prescelta per l'installazione delle nuove apparecchiature.</i></p>
20.	<p>In riferimento all'Allegato Tecnico n. 1 – Determinazioni anno eseguite in routine / urgenza”, nell’ottica di garantire la massima concorrenzialità del procedimento di gara ed allo scopo di favorire la più ampia partecipazione allo stesso, si chiede di precisare quale sia la percentuale minima di determinazioni che è necessario offrire. Si chiede, inoltre, di confermare che il numero di determinazioni da voi richieste sia comprensivo di determinazioni/test per calibrazioni, controlli ed eventuali ripetizioni.</p>	<p><i>Sono da ritenersi indispensabili tutte le determinazioni dell'Allegato Tecnico 1. Sarà cura delle Aziende partecipanti individuare e proporre soluzioni alternative per l'esecuzione delle determinazioni mancanti garantendo l'intera copertura degli analiti richiesti in gara.</i></p> <p><i>Si precisa che nel numero di "Determinazioni anno eseguite in routine / urgenza" elencate nell'Allegato Tecnico n.1 non sono comprese le determinazioni/test per calibrazioni, controlli ed eventuali ripetizioni.</i></p>



A.O. ICP – **Procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici "in service" per l'esecuzione di esami di chimica clinica e immunochimica per i Laboratori Analisi dell'A.O. ICP di Milano per un periodo di 60 mesi**

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

21.	In riferimento all'“Elemento 2 Caratteristiche tecniche operative del sistema preanalitico offerto” ed, in particolare, alla caratteristica 2.4 – “Sistema prodotto dall’Azienda fornitrice dei sistemi analitici”, si chiede di precisare se venga ritenuto sufficiente che l’azienda partecipante alla gara sia, limitatamente a questo procedimento, distributrice della strumentazione preanalitica e fornitrice, nel contempo del servizio di assistenza tecnica.	<i>Il sistema preanalitico offerto sarà valutato come da caratteristica 2.4 ovvero “Sistema prodotto dall’Azienda fornitrice dei sistemi analitici”. Di conseguenza, è consentita la partecipazione anche alle società non produttrici del sistema analitico ma in tale caso non otterranno il punteggio previsto al punto 2.4 sopra indicato.</i>
22.	In riferimento all'“Elemento 2 Caratteristiche tecniche operative del sistema preanalitico offerto” ed, in particolare, alla caratteristica 2.5 – “Configurazione area di carico e scarico comprensivo di Rack di Terze parti di cui si chiede di allegare il listino”, si chiede di chiarire se venga ritenuta sufficiente la dichiarazione con la quale la ditta partecipante si impegni ad eseguire qualsiasi tipo di personalizzazione della configurazione richiesta da parte del Servizio utilizzatore.	<i>Si chiede di allegare il listino di configurazione.</i>
23.	In riferimento all'“Elemento 3 Caratteristiche tecnico funzionali della soluzione proposta e delle rispettive apparecchiature fornite in service”, si chiede di chiarire quale sia il criterio di proporzionalità (ad, esempio, il tempo impiegato, il numero di operazioni necessarie ecc.) che la Vostra Spettabile Azienda intende adottare per l’attribuzione dei 3 punti previsti in relazione alla caratteristica 3.2 – “Caratteristiche della Termostatazione per il sistema di Chimica – Clinica (sarà premiato il sistema che necessità di minore operatività”).	<i>In merito all’elemento 3.2. “Caratteristiche della Termostatazione per il sistema di Chimica – Clinica (sarà premiato il sistema che necessità di minore operatività” l’organo competente premierà il sistema che necessita del minore tempo per le operazioni di manutenzione operativa. Si chiede di allegare documentazione tecnica.</i>
24.	In riferimento all'“Elemento 4 Compatibilità del sistema analitico con l’organizzazione del Laboratorio”, ed, in particolare, alla caratteristica 4.4 – “Utilizzo di puntale monouso per Immunochimica”, si chiede a codesta Spettabile Azienda di valutare in maniera equivalente sistemi certificati per la riduzione del carry-over, che garantiscono medesimi risultati rispetto alla metodologia richiesta.	<i>Saranno valutati i sistemi che utilizzeranno i puntali monouso. Di conseguenza, è consentita la partecipazione anche alle società che propongono sistemi certificati per la riduzione del carry-over e che garantiscono medesimi risultati rispetto alla metodologia richiesta, ma in tale caso non otterranno il punteggio previsto al punto 4.4 “Utilizzo di puntale monouso per Immunochimica”.</i>
25.	In riferimento alle tavole planimetriche messe a disposizione, al fine di consentire la corretta predisposizione della documentazione progettuale, si chiede di voler specificare con precisione quali sono le aree messe a disposizione delle aziende partecipanti per lo sviluppo del progetto tecnico	<i>Si allegano planimetrie in .dwg con l’identificazione dell’area prescelta per l’installazione delle nuove apparecchiature.</i>



A.O. ICP – **Procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici "in service" per l'esecuzione di esami di chimica clinica e immunochimica per i Laboratori Analisi dell'A.O. ICP di Milano per un periodo di 60 mesi**

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

	(Preanalitica e sistemi integrati). Si chiede, inoltre, di voler mettere a disposizione tali planimetrie in formato dwg.	
26.	Si chiede di specificare quale sia la dimensione, espressa in megabyte, dello spazio messo a disposizione sul portale e destinato ad accogliere il file zip contenente la documentazione tecnica. A tal fine, in considerazione della complessità del progetto di fornitura da predisporre, è presumibile che la dimensione di tale file possa essere rilevante. Per questo motivo, si chiede di mettere a disposizione uno spazio pari ad almeno 100 megabites.	<i>Lo spazio a disposizione per ogni singolo file caricato nella piattaforma Sintel è pari a circa 140 Mega Byte, vincolo valido sia per i documenti di fase amministrativa che per quelli di offerta tecnica. Si precisa che i file in formato compresso (zip o altre estensioni) corrispondono ad un unico file, anche se contenenti un numero superiore di documenti.</i>
27.	Si chiede di confermare che il limite di 60 facciate numerate, previsto per la redazione degli elaborati tecnici (documento dal n. 1 al n. 6) si intenda riferito ad ogni singolo documento e non alla totalità degli stessi.	<i>Gli elaborati dovranno essere editi in massimo 60 facciate numerate, tale numero di facciate è inteso come numero complessivo per tutti i 6 (sei) documenti. Si veda il Disciplinare di gara alle pagg. 16 e 17.</i>
28.	Al fine di non aggravare eccessivamente il processo di predisposizione della documentazione tecnica, si chiede di poter allegare la documentazione scientifica (bibliografia) in lingua inglese, ove necessario.	<i>Come specificato a pag. 17 del Disciplinare di gara : "Tutta la documentazione prodotta dovrà essere redatta esclusivamente in lingua italiana, o in traduzione certificata o copia resa conforme ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ad esclusione dei certificati di qualità o conformità alla normativa vigente, rese da Enti certificatori /Enti Notificati di Paesi stranieri. L'inottemperanza di tale disposizione comporterà la non valutazione del documento redatto in lingua straniera".</i>
29.	Si chiede di confermare che ogni singolo documento tecnico (scheda tecnica, relazione, progetto, certificazione ecc), contenuto all'interno del file zip da caricare sul portale, debba recare esclusivamente la firma digitale, apposta dal soggetto firmatario dell'offerta, e non anche quella autografa.	<i>Come specificato a pag. 13 punto B.5) del Disciplinare di gara: "Nell'apposito campo "Documentazione Tecnica" presente sulla piattaforma Sintel il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione richiesta, consistente in un unico file formato .zip ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, <u>ciascuno dei quali - in formato pdf - debitamente compilato e firmato digitalmente.</u></i>



A.O. ICP – **Procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici "in service" per l'esecuzione di esami di chimica clinica e immunochimica per i Laboratori Analisi dell'A.O. ICP di Milano per un periodo di 60 mesi**

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

30.	Al fine di determinare le corrette modalità di esecuzione delle attività di assistenza tecnica da proporre, si chiede di precisare se il sabato debba essere inteso come giorno feriale oppure prefestivo.	<i>Il sabato è da intendersi feriale, nonché prefestivo, come da art. 9 "servizio di assistenza tecnica" del Capitolato Speciale d'Appalto.</i>
31.	Si chiede conferma che tutta la documentazione amministrativa, economica e, ove necessario, tecnica possa essere sottoscritta, anziché dal Legale Rappresentante, da un Procuratore Speciale tramite esibizione, all'interno del file zip contenente la documentazione amministrativa, di copia autenticata della procura rilasciata a suo favore.	<i>Si riporta quanto esplicitamente espresso nel Disciplinare di gara: "ogni documento elettronico (File) inviato dall'operatore economico nell'ambito della presente procedura di gara dovrà essere inserito in formato pdf. e sottoscritto dal Legale rappresentante dell'operatore economico, ovvero un soggetto munito di poteri di rappresentanza atto ad impegnare la società a presentare offerta". Con precisazione che il soggetto che sottoscrive tutta la documentazione deve essere il medesimo che apporterà sia la firma digitale che quella olografa (qualora presente).</i>
32.	Per quanto riguarda il modello "Allegato 2", qualora si opti per la seconda modalità di compilazione (vale a dire, il documento venga sottoscritto con firma autografa da ciascuno dei legali rappresentanti ed amministratori della Società, non muniti di firma digitale), si chiede se il documento così compilato e sottoscritto, seppur recando esclusivamente la firma autografa di ciascuno dei soggetti summenzionati, possa poi essere firmato digitalmente dal solo firmatario dell'offerta.	<i>Si precisa che, per quanto riguarda il modello "Allegato 2" - qualora si opti per la seconda modalità di compilazione (vale a dire, il documento venga sottoscritto con firma autografa da ciascuno dei legali rappresentanti ed amministratori della Società) - dovrà essere sottoscritto olograficamente e digitalmente da ciascuno dei soggetti summenzionati.</i>
33.	Si chiede di specificare quale sia la dimensione, espressa in megabyte, dello spazio messo a disposizione sul portale e destinato a contenere il file zip contenente la documentazione amministrativa.	<i>Lo spazio a disposizione per ogni singolo file caricato nella piattaforma Sintel è pari a circa 140 Mega Byte, vincolo valido sia per i documenti di fase amministrativa che per quelli di offerta tecnica. Si precisa che i file in formato compresso (zip o altre estensioni) corrispondono ad un unico file, anche se contenenti un numero superiore di documenti.</i>
34.	Si chiede di confermare che i documenti "Allegato 6 – Schema di offerta economica" ed "Allegato 6 bis – Schema dettaglio prezzi unitari" debbano essere firmati digitalmente e contenuti all'interno del file zip (destinato ad essere caricato sul portale) esclusivamente in formato pdf.	<i>Si conferma che i documenti "Allegato 6 – Schema di offerta economica" ed "Allegato 6 bis – Schema dettaglio prezzi unitari" debbano essere firmati digitalmente e contenuti all'interno del file zip (destinato ad essere caricato sul portale) esclusivamente in formato pdf.</i>



A.O. ICP – **Procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici "in service" per l'esecuzione di esami di chimica clinica e immunochimica per i Laboratori Analisi dell'A.O. ICP di Milano per un periodo di 60 mesi**

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

35.	Si chiede di confermare che, in riferimento a quanto previsto a pagina 18 in merito ai valori da riportare nel documento "Allegato 6 – Schema di offerta economica", il valore di cui al primo punto debba essere al netto dell'IVA ed al netto degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze propri della Stazione Appaltante, ma comprensivo di quelli propri della società concorrente, mentre il valore di cui al secondo punto debba comprendere anche gli oneri stabiliti dalla Stazione Appaltante.	<i>Si conferma che, in riferimento a quanto previsto a pagg. 18 e 19 del Disciplinare di gara in merito ai valori da riportare nel documento "Allegato 6 – Schema di offerta economica", il valore di cui al primo punto deve essere al netto dell'IVA ed al netto degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze propri della Stazione Appaltante, ma comprensivo di quelli propri della società concorrente, mentre il valore di cui al secondo punto deve comprendere anche gli oneri stabiliti dalla Stazione Appaltante.</i>
36.	Si chiede di precisare dove, all'interno del documento "Allegato 6 bis – Schema dettaglio prezzi unitari" debbano essere specificati i prezzi unitari scontati per confezione di ciascun prodotto, non essendo tale informazione compresa fra quelle, contrassegnate con le lettere da "a." a "r.", elencate a pagina 19 del Disciplinare di gara.	<i>Si precisa che all'interno del documento "Allegato 6 bis – Schema dettaglio prezzi unitari" nella colonna PREZZO (IN EURO) LISTINO PER CONFEZIONE devono essere specificati i prezzi unitari offerti (al netto della percentuale di sconto applicata) per confezione di ciascun prodotto.</i>
37.	Si chiede di confermare che gli oneri relativi all'attività di assistenza tecnica e manutenzione debbano essere a carico della ditta aggiudicataria.	<i>Si conferma che gli oneri relativi all'attività di assistenza tecnica e manutenzione (all'art. 9 "servizio di assistenza tecnica" del Capitolato Speciale d'Appalto) sono a carico della società aggiudicataria.</i>
38.	Si chiede di precisare se l'importo complessivo posto a base d'asta, non superabile a pena di esclusione, sia esclusivamente quello totale del lotto, stimato in € 4.250.000,00, oppure che non debbano essere superati anche quelli relativi ai singoli presidi ospedalieri, pari ad € 2.000.000,00 per il P.O. Buzzi ed € 2.250.000,00 per il P.O. Bassini/Sesto/CTO; 6) A pag. 20 del capitolato speciale si fa riferimento allo "sconto unico percentuale offerto". Si chiede di chiarire cosa si intenda con tale espressione.	<i>L'importo complessivo posto a base d'asta, non superabile a pena di esclusione, è determinato in € 4.250.000,00 + I.V.A., di cui € 6.489,00, quale quota parte per gli <u>oneri della sicurezza per i rischi da interferenza</u> (ex art. 26 D.lgs 81/08 e smi) <u>non soggetto a ribasso.</u></i>
39.	A pag. 20 del capitolato speciale si fa riferimento allo "sconto unico percentuale offerto". Si chiede di chiarire cosa si intenda con tale espressione.	<i>Ai fini della graduatoria e dell'aggiudicazione verrà preso in considerazione il valore inserito nell'Allegato 6 "Schema di offerta economica" e precisamente: l'importo inserito nella colonna (d) "Importo complessivo quinquennale offerto", al netto dell'I.V.A. e al netto degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze". Si precisa che l'espressione "sconto unico percentuale offerto" è da intendersi quale prezzo complessivo offerto dalla società rispetto alla base d'asta.</i>



A.O. ICP – **Procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici "in service" per l'esecuzione di esami di chimica clinica e immunochimica per i Laboratori Analisi dell'A.O. ICP di Milano per un periodo di 60 mesi**

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

40.	A pag. 22 del capitolato speciale è disposto che “Con riferimento al canone di noleggio, la società aggiudicataria provvederà ad emettere fattura annuale posticipata comprensiva dell’importo annuale relativo agli oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenza”. A tale proposito, si chiede di voler chiarire il preciso significato di tale ultima previsione.	<i>Con riferimento al canone di noleggio, la società aggiudicataria provvederà ad emettere fattura annuale posticipata comprensiva dell’importo annuale relativo agli oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenza propri della Stazione Appaltante, quantificati in Euro 1.297,80/annui.</i>
41.	Si chiede di specificare quale sia la dimensione, espressa in megabyte, dello spazio messo a disposizione sul portale e destinato a contenere il file zip contenente la documentazione economica.	<i>Lo spazio a disposizione per ogni singolo file caricato nella piattaforma Sintel é pari a circa 140 Mega Byte, vincolo valido sia per i documenti di fase amministrativa che per quelli di offerta tecnica. Si precisa che i file in formato compresso (zip o altre estensioni) corrispondono ad un unico file, anche se contenenti un numero superiore di documenti.</i>
42.	In considerazione della complessità del procedimento di gara, al fine di poter predisporre un’offerta tecnica ed economica pienamente rispondente alle esigenze espresse dalla Vostra rispettabile Amministrazione, si chiede di voler concedere una proroga di almeno due settimane del termine ultimo per la presentazione delle offerte, originariamente stabilito alle ore 15:00 del giorno 13/02/2014.	<i>L’Azienda Ospedaliera conferma che l’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire a A.O. ICP attraverso Sintel entro il termine perentorio delle ore 15.00 del giorno 13/02/2014, pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.</i>
43.	Si chiede di confermare che tutta la documentazione amministrativa, economica e tecnica debba essere solo firmata digitalmente e che non sia richiesta la marcatura temporale dei documenti.	<i>Si conferma che tutta la documentazione amministrativa, economica e tecnica deve essere firmata digitalmente e che non è richiesta la marcatura temporale dei documenti. In quanto – come si evince dal punto 6.2 del manuale relativo alle “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”, consultabile e liberamente scaricabile dal sito www.arca.regione.lombardia.it (>>Home>>Help&FAQ>>Guide e manuali) - il Gestore della piattaforma Sintel, al fine di garantire opponibilità ai terzi della traccia delle operazioni svolte e dei file presenti in piattaforma provvede ad apporre firma digitale e marcatura temporale a tutti i log di sistema.</i>
44.	In riferimento al presente procedimento di gara, si chiede di precisare dove, all'interno dello schema di dettaglio dei prezzi unitari Allegato 6 bis, possano essere elencati i calibratori, i controlli ed i materiali di consumo. In particolare, si chiede se sia possibile elencarli in fondo ai reagenti (per ciascun presidio ospedaliero).	<i>All'interno dello schema di dettaglio dei prezzi unitari Allegato 6 bis, si conferma la possibilità di elencare i calibratori, i controlli ed i materiali di consumo in fondo ai reagenti (per ciascun presidio ospedaliero).</i>



A.O. ICP – **Procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici "in service" per l'esecuzione di esami di chimica clinica e immunochimica per i Laboratori Analisi dell'A.O. ICP di Milano per un periodo di 60 mesi**
TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

45.	Si chiede conferma di poter applicare, nell'offerta economica, percentuali di sconto differenti per le varie tipologie di test richieste.	<i>Si conferma la possibilità da parte delle società di applicare, nell'offerta economica, percentuali di sconto differenti per le varie tipologie di test richieste.</i>
-----	---	---

NB.: Si precisa che la Stazione Appaltante ha provveduto a rispondere ai quesiti pervenuti entro il termine fissato del 06 febbraio 2014, come stabilito dal Disciplinare di gara - Paragrafo L "Informazioni e sopralluogo" pag. 32.

06/02/2014



A.O. ICP – **Procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici "in service" per l'esecuzione di esami di chimica clinica e immunochimica per i Laboratori Analisi dell'A.O. ICP di Milano per un periodo di 60 mesi**

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

NR. QUESITO	Quesito	Risposta
1.	Si chiede di specificare se quanto richiesto a pag 76 dell'albo di gara, (pag 16 del disciplinare) laddove si richiede che gli elaborati abbiano una dimensione di massimo 60 facciate numerate, se il numero di facciate sia inteso per ogni singolo documento numerato dall'uno al sei, oppure come numero complessivo per tutti i sei documenti.	<i>Gli elaborati dovranno essere editi in massimo 60 facciate numerate, tale numero di facciate è inteso come numero complessivo per tutti i 6 (sei) documenti. Si veda il Disciplinare di gara alle pagg. 16 e 17.</i>
2.	Si chiede di specificare ,relativamente all'allegato 1 del capitolato speciale pag 34 e al fine di presentare una offerta congrua e non sovrastimata nei consumi proposti,se: a- il numero di determinazioni allegate al capitolato per ciascun presidio sia comprensivo delle determinazioni per i controlli e le calibrazioni e in caso negativo di dichiararne la frequenza di determinazione per ciascun analita b- distinguere quali siano i test di routine e quali i test di urgenza ed inoltre di dichiarare i giorni lavorativi per i quali essi vengono eseguiti.	<i>a- Il Numero indicato è il Numero delle determinazioni totali annue. Gli analiti con frequenza > a 500 determinazioni annue sono eseguibili giornalmente. Tutte le altre sono eseguibili 2 volte alla settimana. b- I test in Urgenza sono: 195.000 per il P.O. Buzzi e 325.000 per il P.O. Bassini. I test in Urgenza sono eseguibili 7/7 gg. 24/24 ore. I test di routine sono tutte le altre determinazioni indicate che sono eseguibili 6gg alla settimana tranne i test a bassa numerosità, sono eseguiti 2 volte alla settimana. Si allega la tabella degli esami eseguiti in Urgenza.</i>
3.	Si richiede di specificare meglio cosa venga inteso per fornitura di controllo di qualità interno di società terza, in quanto l'allegato 1 riporta esclusivamente il numero di determinazioni previste e nessuna indicazione sul controllo di qualità interno da offrire. Si rende necessario in questo caso per la ditta offerente, conoscere per quali parametri venga richiesto, i giorni di determinazione e il numero di controlli a seduta e se la tipologia della fornitura sia a discrezione dell'azienda offerente. Si richiede inoltre di conoscere se verrà valutata nelle caratteristiche della fornitura o meno la tipologia di controllo offerto.	<i>1. Il CQ di qualità di Società Terza è da ritenersi un CQ che viene offerto oltre il Controllo di Sistema (fornito dall'Azienda) per convalidare la correttezza delle calibrazioni degli analiti stessi. 2. I CQ di Società Terza dovranno essere forniti con le seguenti modalità: a) ogni 12 ore per le determinazioni eseguite in Urgenza 7gg/7gg; b) 2 livelli di CQ giornaliere per 6 gg/settimana per tutte le determinazioni > 500 test/anno; c) 2 livelli di CQ per 2 sedute settimanali per tutti gli altri test.</i>
4.	Pag 28 del disciplinare di gara (pag 88 ALBO) relativamente alla valutazione delle caratteristiche tecnico funzionali indicate nell'elemento 3.1: " Cuvette di lettura in vetro per il sistema di chimica clinica" si richiede quale sia l'importanza di natura tecnico funzionale attribuita all'utilizzo del vetro, rispetto	<i>Le cuvette in vetro hanno minori necessità di manutenzione rispetto alle cuvette di plastica poiché non necessitano di periodiche sostituzioni e di verifica della possibile opacità che potrebbe compromettere la qualità analitica. Inoltre essendo il vetro un materiale inerte vi è maggior garanzia di ridotta eventualità di carryover.</i>



A.O. ICP – **Procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici "in service" per l'esecuzione di esami di chimica clinica e immunochimica per i Laboratori Analisi dell'A.O. ICP di Milano per un periodo di 60 mesi**

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

	alle cuvette di natura differente utilizzate dalla più parte degli analizzatori presenti sul mercato, marcati CE e con CV estremamente contenuti dimostrati dai controlli nazionali e internazionali e dalle VEQ.	
5.	Vi chiediamo, per poter offrire un assetto corretto di quanto necessario alla strumentazione di preanalitica, di poter avere una idea indicativa del numero di provette/ die gestite per centro e dell'eventuale numero di provette che verrebbero ritappate quotidianamente.	1) Laboratorio Buzzi: le provette da gestire quotidianamente sono 2.700. Non è prevista la ritappatura. 2) Laboratorio Bassini: le provette da gestire quotidianamente sono 2.500. Non è prevista la ritappatura.
6.	Si richiede di confermare che nel calcolo delle confezioni di reagente necessarie all'esecuzione dei test richiesti, sia da tenere in considerazione anche la quota di reagente da offrire in eccesso che si potrebbe rendere necessaria per i test a bassa numerosità e che tenga pertanto conto delle reali scadenze a bordo dello strumento dei reagenti offerti.	<i>Si, è necessario tenere conto delle quote in eccesso di reagente da offrire in quanto i test a bassa numerosità avranno una cadenza analitica bisettimanale e, pertanto, sarà necessario tenere conto delle reali scadenze a bordo dello strumento dei reagenti offerti.</i>
7.	Si chiede di confermare se il principio di analisi elettrochemiluminescenza venga ritenuto assimilabile alla chemiluminescenza richiesta in gara.	<i>Si conferma assimilabile alla chemiluminescenza richiesta in gara il principio di analisi in elettrochemiluminescenza.</i>
8.	Si richiede di confermare che sia possibile offrire il parametro digossina con metodo analitico elettrochemiluminescenza	<i>Si conferma la possibilità di offrire il test digossina con metodo analitico in elettrochemiluminescenza.</i>
9.	Al fine di predisporre un adeguato progetto elettrico ed impiantistico, con la presente siamo a richiedere: 1)le piante in formato DWG per entrambi i laboratori, in modo da poter collocare le strumentazioni che andremo ad offrire e dimostrare che lo spazio è adeguato ad accoglierle. 2) di avere, sulle planimetrie, una chiara identificazione dei locali che sono messi a disposizione o potrebbero essere utilizzati per l'installazione della preanalitica e degli strumenti analitici nel pieno rispetto delle norme di sicurezza in vigore.	<i>Si allegano planimetrie in .dwg con l'identificazione dell'area prescelta per l'installazione delle nuove apparecchiature.</i>
10.	Con la presente si richiede di confermare che le schede di sicurezza dei prodotti offerti, non menzionate nel disciplinare di gara, sono da inviare solo in caso di aggiudicazione.	<i>Si conferma che le schede di sicurezza dei prodotti offerti, non menzionate nel Disciplinare di gara, sono da inviare solo in caso di aggiudicazione.</i>
11.	Si chiede di confermare che tutti i test richiesti nell'allegato tecnico n° 1 sono da ritenersi indispensabili, come da vostra indicazione riportata nel disciplinare di	<i>Sono da ritenersi indispensabili tutte le determinazioni dell'Allegato Tecnico 1. Sarà cura delle società partecipanti individuare e proporre soluzioni alternative per</i>



A.O. ICP – **Procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici "in service" per l'esecuzione di esami di chimica clinica e immunochimica per i Laboratori Analisi dell'A.O. ICP di Milano per un periodo di 60 mesi**

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

	gara, pag 28, elemento 3, punto 8.	<i>l'esecuzione delle determinazioni mancanti garantendo l'intera copertura degli analiti richiesti in gara.</i>
12.	L'offerta per i dosaggi di immunometria prevede già l'invio di materiale di controllo di terze parti, si richiede se specificare se è necessario aggiungere un ulteriore differente materiale di controllo di qualità fornito da altra azienda.	<i>Si conferma la necessità della fornitura di CQ di Società terza in quanto deve essere fornito materiale di controllo di Sistema per la corretta valutazione delle calibrazioni.</i>
13.	Si chiede di specificare quanti livelli di Controllo di qualità devono essere offerti.	<i>L'offerta deve comprendere 2 livelli di CQ di Società Terza e 1 livello dell'Azienda fornitrice come controllo di Sistema.</i>
14.	Al fine di correttamente quantificare il numero dei kit necessari per l'esecuzione del controllo di qualità, si chiede di specificare le sedute analitiche settimanali per tutti i test con una frequenza di richiesta bassa (<500 test / anno e <100 test/anno).	<i>Si confermano due sedute analitiche settimanali per tutti i test con frequenza < 500 determinazioni/anno.</i>
15.	Con riferimento al Disciplinare di Gara ed in particolare a quanto indicato a pag. 16 "Gli elaborati dovranno essere editi, in massimo 60 facciate numerate, in formato pdf" si chiede conferma che tale limite massimo di pagine sia riferito a ciascuno dei sei documenti richiesti, e non alla parte tecnica completa.	<i>Gli elaborati dovranno essere editi in massimo 60 facciate numerate, tale numero di facciate è inteso come numero complessivo per tutti i 6 (sei) documenti. Si veda il Disciplinare di gara alle pagg. 16 e 17.</i>
16.	Si chiede di specificare per ciascun laboratorio: <ul style="list-style-type: none">- gli spazi dedicati al posizionamento delle apparecchiature di analisi e alla preanalitica;- se sono possibili eventuali modifiche di questi spazi; Si fa richiesta di un file in formato DWG delle strutture interessate per la corretta valutazione degli spazi disponibili.	<i>Si allegano planimetrie in .dwg con l'identificazione dell'area prescelta per l'installazione delle nuove apparecchiature. La possibilità di eventuali modifiche degli spazi è prevista unicamente per il PO Bassini. Per tale presidio si segnala che le pareti divisorie dello spazio delimitato sulla planimetria, sono rimovibili, previo spostamento delle reti impiantistiche (idrico/scarico/elettrico) presenti. Inoltre il controsoffitto nell'area indicata non è autoportante, pertanto bisognerà provvedere a darne adeguato sostegno. Si specifica che, come descritto a pag. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, tutti gli eventuali lavori impiantistici, informatici e strutturali saranno a carico della società fornitrice e che, in ogni caso, la stessa dovrà rispettare quanto stabilito all'art. 6 "ordini e termini di consegne" del Capitolato Speciale d'Appalto.</i>
17.	Al fine di poter stendere un corretto progetto che illustri il posizionamento degli strumenti all'interno delle aree dedicate, si chiede se l'ente ritenga necessaria la produzione per le ditte offerenti di un layout per entrambi i laboratori. Per poter soddisfare questa necessità, è indispensabile che l'ente metta a disposizione delle aziende quanto richiesto nel precedente chiarimento.	<i>Si allegano planimetrie in .dwg con l'identificazione dell'area prescelta per l'installazione delle nuove apparecchiature.</i>



A.O. ICP – **Procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici "in service" per l'esecuzione di esami di chimica clinica e immunochimica per i Laboratori Analisi dell'A.O. ICP di Milano per un periodo di 60 mesi**

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

18.	<p>Per Ospedale BUZZI:</p> <p>1) Si chiede l'entità della potenza elettrica trifase disponibile nel laboratorio analisi nella sezione energia di continuità per valutare l'eventuale necessità di fornire UPS dedicati ai nuovi strumenti. Qualora la potenza disponibile fosse insufficiente saranno forniti UPS dedicati ai nuovi strumenti. Si richiede pertanto anche l'entità della potenza elettrica trifase disponibile nel laboratorio analisi nella sezione energia preferenziale (sotto gruppo elettrogeno) per l'alimentazione degli UPS stessi.</p> <p>2) Si richiede la portata dei solai di calpestio dei locali laboratorio analisi nei quali dovranno essere installati i nuovi strumenti.</p> <p>3) Si richiedono le piantine in formato dwg dei locali del laboratorio interessati dalla fornitura dei nuovi strumenti.</p>	<p><i>Per Ospedale BUZZI:</i></p> <p><i>1) Per la potenza elettrica dell'alimentazione di continuità trifase su un massimo di 125 A disponibili attualmente l'assorbimento si aggira tra i 23 e i 26 A per fase.</i></p> <p><i>Per la potenza elettrica dell'alimentazione Preferenziale trifase su un massimo di 200 A disponibili attualmente l'assorbimento si aggira intorno ai 23 A e 27 A per fase.</i></p> <p><i>2) Per quanto riguarda la portata dei solai il dato di progetto è stato calcolato su 500 Kg. per metro quadro.</i></p> <p><i>3) Si allegano planimetrie in .dwg con l'identificazione dell'area prescelta per l'installazione delle nuove apparecchiature.</i></p>
19.	<p>Per Ospedale BASSINI:</p> <p>1) Si chiede l'entità della potenza elettrica trifase disponibile nel laboratorio analisi nella sezione energia di continuità per valutare l'eventuale necessità di fornire UPS dedicati ai nuovi strumenti. Qualora la potenza disponibile fosse insufficiente saranno forniti UPS dedicati ai nuovi strumenti. Si richiede pertanto anche l'entità della potenza elettrica trifase disponibile nel laboratorio analisi nella sezione energia preferenziale (sotto gruppo elettrogeno) per l'alimentazione degli UPS stessi.</p> <p>2) Si richiede la portata dei solai di calpestio dei locali laboratorio analisi nei quali dovranno essere installati i nuovi strumenti.</p> <p>3) Si richiedono le piantine in formato dwg dei locali del laboratorio interessati dalla fornitura dei nuovi strumenti.</p>	<p><i>Per Ospedale BASSINI:</i></p> <p><i>1) Per la potenza elettrica dell'alimentazione di continuità Privilegiata su un massimo di 63 A disponibili attualmente l'assorbimento si aggira tra i 18 e i 20 A per fase.</i></p> <p><i>Per la potenza elettrica dell'alimentazione Preferenziale su un massimo di 32 A disponibili attualmente l'assorbimento si aggira intorno ai 15 A per fase.</i></p> <p><i>2) Per quanto riguarda la portata dei solai il dato di progetto è stato calcolato su 400 Kg. per metro quadro.</i></p> <p><i>3) Si allegano planimetrie in .dwg con l'identificazione dell'area prescelta per l'installazione delle nuove apparecchiature.</i></p>
20.	<p>In riferimento all'Allegato Tecnico n. 1 – Determinazioni anno eseguite in routine / urgenza”, nell’ottica di garantire la massima concorrenzialità del procedimento di gara ed allo scopo di favorire la più ampia partecipazione allo stesso, si chiede di precisare quale sia la percentuale minima di determinazioni che è necessario offrire. Si chiede, inoltre, di confermare che il numero di determinazioni da voi richieste sia comprensivo di determinazioni/test per calibrazioni, controlli ed eventuali ripetizioni.</p>	<p><i>Sono da ritenersi indispensabili tutte le determinazioni dell'Allegato Tecnico 1. Sarà cura delle Aziende partecipanti individuare e proporre soluzioni alternative per l'esecuzione delle determinazioni mancanti garantendo l'intera copertura degli analiti richiesti in gara.</i></p> <p><i>Si precisa che nel numero di "Determinazioni anno eseguite in routine / urgenza" elencate nell'Allegato Tecnico n.1 non sono comprese le determinazioni/test per calibrazioni, controlli ed eventuali ripetizioni.</i></p>



A.O. ICP – **Procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici "in service" per l'esecuzione di esami di chimica clinica e immunochimica per i Laboratori Analisi dell'A.O. ICP di Milano per un periodo di 60 mesi**

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

21.	In riferimento all'“Elemento 2 Caratteristiche tecniche operative del sistema preanalitico offerto” ed, in particolare, alla caratteristica 2.4 – “Sistema prodotto dall’Azienda fornitrice dei sistemi analitici”, si chiede di precisare se venga ritenuto sufficiente che l’azienda partecipante alla gara sia, limitatamente a questo procedimento, distributrice della strumentazione preanalitica e fornitrice, nel contempo del servizio di assistenza tecnica.	<i>Il sistema preanalitico offerto sarà valutato come da caratteristica 2.4 ovvero “Sistema prodotto dall’Azienda fornitrice dei sistemi analitici”. Di conseguenza, è consentita la partecipazione anche alle società non produttrici del sistema analitico ma in tale caso non otterranno il punteggio previsto al punto 2.4 sopra indicato.</i>
22.	In riferimento all'“Elemento 2 Caratteristiche tecniche operative del sistema preanalitico offerto” ed, in particolare, alla caratteristica 2.5 – “Configurazione area di carico e scarico comprensivo di Rack di Terze parti di cui si chiede di allegare il listino”, si chiede di chiarire se venga ritenuta sufficiente la dichiarazione con la quale la ditta partecipante si impegni ad eseguire qualsiasi tipo di personalizzazione della configurazione richiesta da parte del Servizio utilizzatore.	<i>Si chiede di allegare il listino di configurazione.</i>
23.	In riferimento all'“Elemento 3 Caratteristiche tecnico funzionali della soluzione proposta e delle rispettive apparecchiature fornite in service”, si chiede di chiarire quale sia il criterio di proporzionalità (ad, esempio, il tempo impiegato, il numero di operazioni necessarie ecc.) che la Vostra Spettabile Azienda intende adottare per l’attribuzione dei 3 punti previsti in relazione alla caratteristica 3.2 – “Caratteristiche della Termostatazione per il sistema di Chimica – Clinica (sarà premiato il sistema che necessità di minore operatività”).	<i>In merito all’elemento 3.2. “Caratteristiche della Termostatazione per il sistema di Chimica – Clinica (sarà premiato il sistema che necessità di minore operatività” l’organo competente premierà il sistema che necessita del minore tempo per le operazioni di manutenzione operativa. Si chiede di allegare documentazione tecnica.</i>
24.	In riferimento all'“Elemento 4 Compatibilità del sistema analitico con l’organizzazione del Laboratorio”, ed, in particolare, alla caratteristica 4.4 – “Utilizzo di puntale monouso per Immunochimica”, si chiede a codesta Spettabile Azienda di valutare in maniera equivalente sistemi certificati per la riduzione del carry-over, che garantiscono medesimi risultati rispetto alla metodologia richiesta.	<i>Saranno valutati i sistemi che utilizzeranno i puntali monouso. Di conseguenza, è consentita la partecipazione anche alle società che propongono sistemi certificati per la riduzione del carry-over e che garantiscono medesimi risultati rispetto alla metodologia richiesta, ma in tale caso non otterranno il punteggio previsto al punto 4.4 “Utilizzo di puntale monouso per Immunochimica”.</i>
25.	In riferimento alle tavole planimetriche messe a disposizione, al fine di consentire la corretta predisposizione della documentazione progettuale, si chiede di voler specificare con precisione quali sono le aree messe a disposizione delle aziende partecipanti per lo sviluppo del progetto tecnico	<i>Si allegano planimetrie in .dwg con l’identificazione dell’area prescelta per l’installazione delle nuove apparecchiature.</i>



A.O. ICP – **Procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici "in service" per l'esecuzione di esami di chimica clinica e immunochimica per i Laboratori Analisi dell'A.O. ICP di Milano per un periodo di 60 mesi**

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

	(Preanalitica e sistemi integrati). Si chiede, inoltre, di voler mettere a disposizione tali planimetrie in formato dwg.	
26.	Si chiede di specificare quale sia la dimensione, espressa in megabyte, dello spazio messo a disposizione sul portale e destinato ad accogliere il file zip contenente la documentazione tecnica. A tal fine, in considerazione della complessità del progetto di fornitura da predisporre, è presumibile che la dimensione di tale file possa essere rilevante. Per questo motivo, si chiede di mettere a disposizione uno spazio pari ad almeno 100 megabites.	<i>Lo spazio a disposizione per ogni singolo file caricato nella piattaforma Sintel è pari a circa 140 Mega Byte, vincolo valido sia per i documenti di fase amministrativa che per quelli di offerta tecnica. Si precisa che i file in formato compresso (zip o altre estensioni) corrispondono ad un unico file, anche se contenenti un numero superiore di documenti.</i>
27.	Si chiede di confermare che il limite di 60 facciate numerate, previsto per la redazione degli elaborati tecnici (documento dal n. 1 al n. 6) si intenda riferito ad ogni singolo documento e non alla totalità degli stessi.	<i>Gli elaborati dovranno essere editi in massimo 60 facciate numerate, tale numero di facciate è inteso come numero complessivo per tutti i 6 (sei) documenti. Si veda il Disciplinare di gara alle pagg. 16 e 17.</i>
28.	Al fine di non aggravare eccessivamente il processo di predisposizione della documentazione tecnica, si chiede di poter allegare la documentazione scientifica (bibliografia) in lingua inglese, ove necessario.	<i>Come specificato a pag. 17 del Disciplinare di gara : "Tutta la documentazione prodotta dovrà essere redatta esclusivamente in lingua italiana, o in traduzione certificata o copia resa conforme ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ad esclusione dei certificati di qualità o conformità alla normativa vigente, rese da Enti certificatori /Enti Notificati di Paesi stranieri. L'inottemperanza di tale disposizione comporterà la non valutazione del documento redatto in lingua straniera".</i>
29.	Si chiede di confermare che ogni singolo documento tecnico (scheda tecnica, relazione, progetto, certificazione ecc), contenuto all'interno del file zip da caricare sul portale, debba recare esclusivamente la firma digitale, apposta dal soggetto firmatario dell'offerta, e non anche quella autografa.	<i>Come specificato a pag. 13 punto B.5) del Disciplinare di gara: "Nell'apposito campo "Documentazione Tecnica" presente sulla piattaforma Sintel il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione richiesta, consistente in un unico file formato .zip ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, <u>ciascuno dei quali - in formato pdf - debitamente compilato e firmato digitalmente.</u></i>



A.O. ICP – **Procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici "in service" per l'esecuzione di esami di chimica clinica e immunochimica per i Laboratori Analisi dell'A.O. ICP di Milano per un periodo di 60 mesi**

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

30.	Al fine di determinare le corrette modalità di esecuzione delle attività di assistenza tecnica da proporre, si chiede di precisare se il sabato debba essere inteso come giorno feriale oppure prefestivo.	<i>Il sabato è da intendersi feriale, nonché prefestivo, come da art. 9 "servizio di assistenza tecnica" del Capitolato Speciale d'Appalto.</i>
31.	Si chiede conferma che tutta la documentazione amministrativa, economica e, ove necessario, tecnica possa essere sottoscritta, anziché dal Legale Rappresentante, da un Procuratore Speciale tramite esibizione, all'interno del file zip contenente la documentazione amministrativa, di copia autenticata della procura rilasciata a suo favore.	<i>Si riporta quanto esplicitamente espresso nel Disciplinare di gara: "ogni documento elettronico (File) inviato dall'operatore economico nell'ambito della presente procedura di gara dovrà essere inserito in formato pdf. e sottoscritto dal Legale rappresentante dell'operatore economico, ovvero un soggetto munito di poteri di rappresentanza atto ad impegnare la società a presentare offerta". Con precisazione che il soggetto che sottoscrive tutta la documentazione deve essere il medesimo che apporrà sia la firma digitale che quella olografa (qualora presente).</i>
32.	Per quanto riguarda il modello "Allegato 2", qualora si opti per la seconda modalità di compilazione (vale a dire, il documento venga sottoscritto con firma autografa da ciascuno dei legali rappresentanti ed amministratori della Società, non muniti di firma digitale), si chiede se il documento così compilato e sottoscritto, seppur recando esclusivamente la firma autografa di ciascuno dei soggetti summenzionati, possa poi essere firmato digitalmente dal solo firmatario dell'offerta.	<i>Si precisa che, per quanto riguarda il modello "Allegato 2" - qualora si opti per la seconda modalità di compilazione (vale a dire, il documento venga sottoscritto con firma autografa da ciascuno dei legali rappresentanti ed amministratori della Società) - dovrà essere sottoscritto olograficamente e digitalmente da ciascuno dei soggetti summenzionati.</i>
33.	Si chiede di specificare quale sia la dimensione, espressa in megabyte, dello spazio messo a disposizione sul portale e destinato a contenere il file zip contenente la documentazione amministrativa.	<i>Lo spazio a disposizione per ogni singolo file caricato nella piattaforma Sintel è pari a circa 140 Mega Byte, vincolo valido sia per i documenti di fase amministrativa che per quelli di offerta tecnica. Si precisa che i file in formato compresso (zip o altre estensioni) corrispondono ad un unico file, anche se contenenti un numero superiore di documenti.</i>
34.	Si chiede di confermare che i documenti "Allegato 6 – Schema di offerta economica" ed "Allegato 6 bis – Schema dettaglio prezzi unitari" debbano essere firmati digitalmente e contenuti all'interno del file zip (destinato ad essere caricato sul portale) esclusivamente in formato pdf.	<i>Si conferma che i documenti "Allegato 6 – Schema di offerta economica" ed "Allegato 6 bis – Schema dettaglio prezzi unitari" debbano essere firmati digitalmente e contenuti all'interno del file zip (destinato ad essere caricato sul portale) esclusivamente in formato pdf.</i>



A.O. ICP – **Procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici "in service" per l'esecuzione di esami di chimica clinica e immunochimica per i Laboratori Analisi dell'A.O. ICP di Milano per un periodo di 60 mesi**

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

35.	Si chiede di confermare che, in riferimento a quanto previsto a pagina 18 in merito ai valori da riportare nel documento "Allegato 6 – Schema di offerta economica", il valore di cui al primo punto debba essere al netto dell'IVA ed al netto degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze propri della Stazione Appaltante, ma comprensivo di quelli propri della società concorrente, mentre il valore di cui al secondo punto debba comprendere anche gli oneri stabiliti dalla Stazione Appaltante.	<i>Si conferma che, in riferimento a quanto previsto a pagg. 18 e 19 del Disciplinare di gara in merito ai valori da riportare nel documento "Allegato 6 – Schema di offerta economica", il valore di cui al primo punto deve essere al netto dell'IVA ed al netto degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze propri della Stazione Appaltante, ma comprensivo di quelli propri della società concorrente, mentre il valore di cui al secondo punto deve comprendere anche gli oneri stabiliti dalla Stazione Appaltante.</i>
36.	Si chiede di precisare dove, all'interno del documento "Allegato 6 bis – Schema dettaglio prezzi unitari" debbano essere specificati i prezzi unitari scontati per confezione di ciascun prodotto, non essendo tale informazione compresa fra quelle, contrassegnate con le lettere da "a." a "r.", elencate a pagina 19 del Disciplinare di gara.	<i>Si precisa che all'interno del documento "Allegato 6 bis – Schema dettaglio prezzi unitari" nella colonna PREZZO (IN EURO) LISTINO PER CONFEZIONE devono essere specificati i prezzi unitari offerti (al netto della percentuale di sconto applicata) per confezione di ciascun prodotto.</i>
37.	Si chiede di confermare che gli oneri relativi all'attività di assistenza tecnica e manutenzione debbano essere a carico della ditta aggiudicataria.	<i>Si conferma che gli oneri relativi all'attività di assistenza tecnica e manutenzione (all'art. 9 "servizio di assistenza tecnica" del Capitolato Speciale d'Appalto) sono a carico della società aggiudicataria.</i>
38.	Si chiede di precisare se l'importo complessivo posto a base d'asta, non superabile a pena di esclusione, sia esclusivamente quello totale del lotto, stimato in € 4.250.000,00, oppure che non debbano essere superati anche quelli relativi ai singoli presidi ospedalieri, pari ad € 2.000.000,00 per il P.O. Buzzi ed € 2.250.000,00 per il P.O. Bassini/Sesto/CTO; 6) A pag. 20 del capitolato speciale si fa riferimento allo "sconto unico percentuale offerto". Si chiede di chiarire cosa si intenda con tale espressione.	<i>L'importo complessivo posto a base d'asta, non superabile a pena di esclusione, è determinato in € 4.250.000,00 + I.V.A., di cui € 6.489,00, quale quota parte per gli oneri della sicurezza per i rischi da interferenza (ex art. 26 D.lgs 81/08 e smi) non soggetto a ribasso.</i>
39.	A pag. 20 del capitolato speciale si fa riferimento allo "sconto unico percentuale offerto". Si chiede di chiarire cosa si intenda con tale espressione.	<i>Ai fini della graduatoria e dell'aggiudicazione verrà preso in considerazione il valore inserito nell'Allegato 6 "Schema di offerta economica" e precisamente: l'importo inserito nella colonna (d) "Importo complessivo quinquennale offerto", al netto dell'I.V.A. e al netto degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze". Si precisa che l'espressione "sconto unico percentuale offerto" è da intendersi quale prezzo complessivo offerto dalla società rispetto alla base d'asta.</i>



A.O. ICP – **Procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici "in service" per l'esecuzione di esami di chimica clinica e immunochimica per i Laboratori Analisi dell'A.O. ICP di Milano per un periodo di 60 mesi**

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

40.	A pag. 22 del capitolato speciale è disposto che “Con riferimento al canone di noleggio, la società aggiudicataria provvederà ad emettere fattura annuale posticipata comprensiva dell’importo annuale relativo agli oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenza”. A tale proposito, si chiede di voler chiarire il preciso significato di tale ultima previsione.	<i>Con riferimento al canone di noleggio, la società aggiudicataria provvederà ad emettere fattura annuale posticipata comprensiva dell’importo annuale relativo agli oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenza propri della Stazione Appaltante, quantificati in Euro 1.297,80/annui.</i>
41.	Si chiede di specificare quale sia la dimensione, espressa in megabyte, dello spazio messo a disposizione sul portale e destinato a contenere il file zip contenente la documentazione economica.	<i>Lo spazio a disposizione per ogni singolo file caricato nella piattaforma Sintel é pari a circa 140 Mega Byte, vincolo valido sia per i documenti di fase amministrativa che per quelli di offerta tecnica. Si precisa che i file in formato compresso (zip o altre estensioni) corrispondono ad un unico file, anche se contenenti un numero superiore di documenti.</i>
42.	In considerazione della complessità del procedimento di gara, al fine di poter predisporre un’offerta tecnica ed economica pienamente rispondente alle esigenze espresse dalla Vostra rispettabile Amministrazione, si chiede di voler concedere una proroga di almeno due settimane del termine ultimo per la presentazione delle offerte, originariamente stabilito alle ore 15:00 del giorno 13/02/2014.	<i>L’Azienda Ospedaliera conferma che l’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire a A.O. ICP attraverso Sintel entro il termine perentorio delle ore 15.00 del giorno 13/02/2014, pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.</i>
43.	Si chiede di confermare che tutta la documentazione amministrativa, economica e tecnica debba essere solo firmata digitalmente e che non sia richiesta la marcatura temporale dei documenti.	<i>Si conferma che tutta la documentazione amministrativa, economica e tecnica deve essere firmata digitalmente e che non è richiesta la marcatura temporale dei documenti. In quanto – come si evince dal punto 6.2 del manuale relativo alle “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”, consultabile e liberamente scaricabile dal sito www.arca.regione.lombardia.it (>>Home>>Help&FAQ>>Guide e manuali) - il Gestore della piattaforma Sintel, al fine di garantire opponibilità ai terzi della traccia delle operazioni svolte e dei file presenti in piattaforma provvede ad apporre firma digitale e marcatura temporale a tutti i log di sistema.</i>
44.	In riferimento al presente procedimento di gara, si chiede di precisare dove, all'interno dello schema di dettaglio dei prezzi unitari Allegato 6 bis, possano essere elencati i calibratori, i controlli ed i materiali di consumo. In particolare, si chiede se sia possibile elencarli in fondo ai reagenti (per ciascun presidio ospedaliero).	<i>All'interno dello schema di dettaglio dei prezzi unitari Allegato 6 bis, si conferma la possibilità di elencare i calibratori, i controlli ed i materiali di consumo in fondo ai reagenti (per ciascun presidio ospedaliero).</i>



A.O. ICP – **Procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici "in service" per l'esecuzione di esami di chimica clinica e immunochimica per i Laboratori Analisi dell'A.O. ICP di Milano per un periodo di 60 mesi**

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

45.	Si chiede conferma di poter applicare, nell'offerta economica, percentuali di sconto differenti per le varie tipologie di test richieste.	<i>Si conferma la possibilità da parte delle società di applicare, nell'offerta economica, percentuali di sconto differenti per le varie tipologie di test richieste.</i>
-----	---	---

NB.: Si precisa che la Stazione Appaltante ha provveduto a rispondere ai quesiti pervenuti entro il termine fissato del 06 febbraio 2014, come stabilito dal Disciplinare di gara - Paragrafo L "Informazioni e sopralluogo" pag. 32.

06/02/2014