

A.O. ICP – Procedura aperta per l’affidamento – in forma aggregata – della fornitura di portatili di radiografia e portatili di radioscopia, comprensivi della garanzia full risk di 24 mesi, occorrenti a diversi Enti Sanitari di Regione Lombardia.

LOTTO 1 – Cig n. 632267112B

LOTTO 2 - Cig n. 6322722B3E

LOTTO 3 - Cig n. 63227312AE

**TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE
I TRANCHE - RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI**

NR. QUESITO	Quesito	Risposta
1.	In merito alla gara in oggetto, e in particolare al Lotto 3 – Portatili di radioscopia tradizionali e digitali – suddiviso in quattro sub lotti, si chiede se sia possibile poter partecipare unicamente ad uno di essi	Con riferimento al lotto 3 si conferma che <i>non</i> è possibile partecipare per singolo sub lotto. Il lotto 3 sarà infatti aggiudicato nella sua totalità così come espressamente indicato nel disciplinare di gara.
2.	Si richiede per tutte le macchine del Lotto 3 doppio monitor da 17”: E’ possibile offrire un doppio monitor integrato da 27 pollici in una cornice unica?	No, non è possibile. A tal riguardo, si conferma quanto riportato negli atti di gara relativamente ai requisiti tecnici minimi di cui all’art. 2 “Caratteristiche generali e requisiti minimi di fornitura” del capitolato speciale d’appalto
3.	Si richiede a pag. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto (IMAGING) per la macchina di radioscopia digitale vascolare che i monitor debbano avere protezioni durante il trasporto: Che tipo di protezioni intendete? Trattasi di imballi, coperture o altro? E’ un elemento pena esclusione o preferibile?	I monitor <i>devono</i> essere protetti durante il trasporto. Saranno accettate tutte le soluzioni che permettono di movimentare l’apparecchiatura prevenendo il danneggiamento dei monitor. Si conferma quindi quanto richiesto, a pena di esclusione, nel Capitolato speciale d’appalto all’art. 2 “Caratteristiche generali e requisiti minimi di fornitura” che a tal proposito espressamente cita “....dotato di dispositivi di protezione durante il trasporto”.
4.	Si richiede a pag. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto (APPARECCHIATURE ACCESSORIE) per la stessa apparecchiatura di cui sopra: “stazione di lavoro per rivedere ed elaborare immagini.....”: si richiede di confermare se è accettata e sufficiente la possibilità di importare e visualizzare sui monitor dell’arco a C offerto le immagini da altre modalità diagnostiche: Angio, CT, MR, ecc....	La “stazione di lavoro per rivedere ed elaborare immagini e sequenze provenienti anche da altre modalità, come Angio, CT, MR, ecc..” può essere integrata nel sistema di acquisizione ed elaborazione delle immagini proprio dell’apparecchio radiologico portatile, e deve consentire di importare, elaborare e visualizzare sui monitor di sistema le immagini relative alle indagini pre-operatorie effettuate con altre modalità (TAC, MR1, Angio) mediante la funzione DICOM Query/Retrieve, dette immagini debbono poi poter essere visualizzate su un monitor di riferimento

A.O. ICP – Procedura aperta per l’affidamento – in forma aggregata – della fornitura di portatili di radiografia e portatili di radioscopia, comprensivi della garanzia full risk di 24 mesi, occorrenti a diversi Enti Sanitari di Regione Lombardia.

LOTTO 1 – Cig n. 632267112B

LOTTO 2 - Cig n. 6322722B3E

LOTTO 3 - Cig n. 63227312AE

**TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE
I TRANCHE - RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI**

	<p>mediante le funzioni dicom query retrieve. Oppure richiedete una stazione a se stante, che permetta anche altre elaborazioni? In questo caso Vi preghiamo di specificare quali esse siano.</p>	<p>mentre si utilizza il monitor principale per la scopia diretta onde consentirne un confronto.</p>
5.	<p>Si richiede al punto G del Disciplinare di gara la disponibilità alla visione degli strumenti dalla data di presentazione dell’offerta e che verranno consegnate previo accordo con l’Ingegneria Clinica. Questo significherebbe che al 30/09/15 devono essere pronte a stock 4 tipologie di strumenti diversi, cosa che crea notevoli difficoltà visto il periodo estivo e festivo. Vi chiediamo di esplicitarci quanto tempo di preavviso verrà dato per poter predisporre dette prove, la durata delle stesse e se dovranno essere effettuate in tutti i Presidi o in uno solo. Ci permettiamo di suggerirVi un preavviso di almeno 3 settimane per questioni organizzative e logistiche legate alla natura degli strumenti stessi e alla necessità ed alla volontà di poter offrire un servizio il migliore possibile. Legato a questo aspetto Vi chiediamo anche di comunicare se le macchine verranno valutate in Sala Operatoria su pazienti o solo su fantocci.</p>	<p>Si conferma quanto indicato nel disciplinare: <i>“le apparecchiature dovranno essere rese disponibili alla data di presentazione dell’offerta”</i>. Le date delle prove verranno comunicate con un preavviso di almeno 7 giorni rispetto alla data di consegna delle apparecchiature ai fini di procedere con la prova delle stesse da parte della Commissione Giudicatrice. La durata della prova sarà almeno di 3 giorni Le prove verranno effettuate in un unico presidio la cui sede sarà opportunamente comunicata ai fini della consegna delle apparecchiature stesse. Le macchiane verranno valutate tanto su pazienti quanto su fantocci</p>
6.	<p>Criteri di aggiudicazione - Disciplinare pag. 31: Nel disciplinare si evince che l’aggiudicazione è disgiunta per singolo lotto; dal momento che il lotto n. 3 è suddiviso in sub-lotti, si conferma che tale lotto verrà aggiudicato nella sua totalità oppure verrà aggiudicato per singolo sub-lotto?</p>	<p>Si rimanda alla risposta data al punto n. 1, confermando che l’aggiudicazione è disgiunta per singolo lotto. Con riferimento al lotto 3 si conferma che lo stesso sarà aggiudicato nella sua totalità. Non sono ammesse infatti offerte parziali.</p>
7.	<p>Visione - Disciplinare pag. 36: Per quanto concerne la visione al fine dell’attribuzione dei punteggi qualitativi, essendo una gara in forma aggregata, le apparecchiature dovranno essere consegnate in visione presso le sedi degli Enti utilizzatori oppure presso l’A.O. ICP di Milano. Vista la rilevanza delle apparecchiature e gli Enti coinvolti, si chiede di avere maggiori dettagli su come la Stazione Appaltante avrà intenzione di gestire il processo di visione.</p>	<p>Si rimanda alla risposta di cui al precedente punto 5. Si ribadisce, tuttavia, che le prove verranno effettuate in un unico presidio la cui sede sarà opportunamente comunicata ai fini della consegna delle apparecchiature stesse.</p>

A.O. ICP – Procedura aperta per l’affidamento – in forma aggregata – della fornitura di portatili di radiografia e portatili di radioscopia, comprensivi della garanzia full risk di 24 mesi, occorrenti a diversi Enti Sanitari di Regione Lombardia.

LOTTO 1 – Cig n. 632267112B

LOTTO 2 - Cig n. 6322722B3E

LOTTO 3 - Cig n. 63227312AE

**TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE
I TRANCHE - RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI**

8.	<p>Art. 3 - Assistenza tecnica e manutenzione programmata in garanzia - Capitolato pag. 20. Nel presente articolo si riporta quanto segue: il tempo di intervento non dovrà essere superiore alle 8 ore lavorative ed il tempo massimo di risoluzione del guasto, non deve essere superiore alle 24 ore lavorative; in caso di interventi con tempo di risoluzione superiore alle 8 ore lavorative dovrà essere fornita apparecchiatura sostitutiva; L’indicazione delle 8 ore lavorative nel secondo punto sono un refuso si intende 24 ore lavorative. Art. 4 - Richiesta di sospensione del servizio AT e manutenzione FR - Capitolato pag. 20. Relativamente alla procedura riportata nell’art. 4, non emergono le motivazioni che porterebbero alla sospensione del servizio AT durante il periodo di garanzia, pertanto si chiede di esplicitare cortesemente cause e modalità che assumerà la procedura.</p>	<p>L’indicazione delle 8 ore lavorative nel secondo punto sono un refuso; <u>si intende 24 ore lavorative.</u> La sospensione del servizio di assistenza tecnica potrebbe essere richiesta dalle AAOO qualora ritengano di non utilizzare l’apparecchiatura per un periodo superiore al mese; le AAOO potranno richiedere un intervento per la rimessa in uso delle apparecchiature (riattivazione del servizio).</p>
9.	<p>Art. 7 Valore dell’appalto e relativi oneri sicurezza - Capitolato pag. 21 Sub-lotto 3.1 L’importo base d’asta indicato per il portatile per l’AO S. Anna di Como non è comprensivo degli oneri € 160,00 trattasi di refuso ?</p>	<p>L’importo posto a base d’asta indicato per il portatile dell’A.O. Sant’Anna di Como è pari ad € 85.160,00, di cui € 160,00 quali oneri d’interferenza.</p>
10.	<p>Art. 27 - Clausole di adesione - Capitolato pag. 38. Si potrebbe avere l’elenco delle AA.OO. appaltanti che hanno aderito ai Consorzi Regionali di riferimento territoriale.</p>	<p>Si allega relativa tabella con la denominazione dei Consorzi regionali interessati e gli Enti Sanitario agli stessi appartenenti (Allegato 1 alla presente tabella “risposte ai quesiti pervenuti”).</p>
11.	<p>Capitolato speciale d'appalto, Pagina 18, Art. 2 - Caratteristiche generali e requisiti minimi di fornitura, Rispondenza a normative/leggi (per tutti i lotti). E' riportato che in fase di preparazione dell'offerta i concorrenti dovranno trasmettere:.... D.Lgs. 26/05/00 n. 187 e s.m.i., Si prega di voler confermare che si tratta di refuso di stampa. Tale decreto riguarda, infatti, la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche e riguarda le protezioni che l'Azienda Ospedaliera adotta nei confronti dei dipendenti/pazienti.</p>	<p>Il D.Lgs 187/00 attua la Direttiva 97/43/EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche. All’art. 8 di tale Decreto Legislativo si stabiliscono gli obblighi in relazione alle attrezzature radiologiche. In particolare, al comma 4 dell’art. 8 si fa riferimento alla necessità di definire dei criteri specifici di accettabilità delle apparecchiature radiologiche che definiscono i livelli prestazionali minimi, al di sotto dei quali sono necessarie azioni correttive sulla attrezzatura. I criteri di accettabilità di cui al comma 4 dell’art. 8 del D.Lgs 187/00 sono contenuti nell’allegato V del D.Lgs 187/00. Per questo motivo le ditte concorrenti devono garantire almeno il rispetto di quanto contenuto nell’allegato V de D. Lgs 187/00 (ovviamente per la tipologia di apparecchiatura offerta).</p>

A.O. ICP – Procedura aperta per l’affidamento – in forma aggregata – della fornitura di portatili di radiografia e portatili di radioscopia, comprensivi della garanzia full risk di 24 mesi, occorrenti a diversi Enti Sanitari di Regione Lombardia.

LOTTO 1 – Cig n. 632267112B

LOTTO 2 - Cig n. 6322722B3E

LOTTO 3 - Cig n. 63227312AE

**TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE
I TRANCHE - RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI**

		<p>La circolare regionale n° 50/SAN della Regione Lombardia recita inoltre: <i>“È inoltre necessario che l’esercente dia disposizioni affinché nella formulazione dei capitolati di acquisto si tenga conto del fatto che, ai sensi dell’art. 8, comma 8, un’attrezzatura radiodiagnostica di nuova installazione deve essere munita, se fattibile, di un dispositivo che informi lo specialista circa la quantità di radiazioni ionizzanti prodotte dall’attrezzatura nel corso della procedura radiologica. Si ritiene altresì necessario che, ai fini della conformità delle attrezzature ai criteri di accettabilità, in tutti i capitolati di acquisto delle attrezzature oggetto del decreto (accessori compresi) venga inserito un esplicito riferimento relativo alla conformità con quanto indicato nell’allegato V del decreto e/o delle sue successive modifiche e integrazioni.”</i></p> <p>Si ritiene, pertanto, perfettamente legittimo chiedere alle ditte concorrenti di dichiarare la conformità a quanto contenuto (per la parte riguardante i criteri di accettabilità e la presenza di un dispositivo che informi lo specialista circa la quantità di radiazioni prodotte dall’attrezzatura nel corso della procedura radiologica) nel D.Lgs. 187/00.</p>
--	--	---

NB.: Si precisa che la Stazione Appaltante provvederà con una successiva tranche a rispondere a ulteriori quesiti pervenuti.

12/08/2015