

**ASST NORD MILANO – Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di n. 19 defibrillatori comprensivi della garanzia di 24 mesi di tipo full risk e del materiale di consumo per un periodo di 60 mesi, occorrenti all’Ospedale Città di Sesto San Giovanni ed ai Poliambulatori dell’ASST Nord Milano.
CIG n. 6642817201**

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

NR. QUESITO	Quesito	Risposta
1.	Nel capitolato tecnico viene indicato come caratteristiche di minima il: - FEEDBACK RCP - DEVE POTER REGISTRARE AUDIO DURANTE EVENTO. Essendo due caratteristiche che in ambito professionale sanitario praticamente non sono indispensabili, si chiede se possibile che i due requisiti indicati non siano "a pena di esclusione".	Feedback RCP è essenziale, pertanto va considerato requisito minimo pena esclusione Registrazione audio durante l’evento è da ritenersi opzionale quindi requisito non a pena esclusione
2.	Con riferimento all'art. 7 formazione del personale del capitolato tecnico. Si intende preparazione del personale su funzionamento e impostazioni dello strumento della macchina oppure anche abilitazione BLS	La formazione è relativa alla presentazione e alla spiegazione del funzionamento degli apparecchi.
3.	Con riferimento ai requisiti essenziali minimi richiesti all’art. 3 Capitolato Speciale d’Appalto Vi segnaliamo che dal punto di vista tecnico la REGISTRAZIONE AUDIO AMBIENTALE non è caratteristica indispensabile per il corretto funzionamento dei defibrillatori (semi)automatici esterni (DAE). Per quanto di nostra conoscenza, il mercato degli utilizzatori di DAE da qualche anno a questa parte non richiede che i dispositivi possiedano detta peculiarità. Proprio per questo motivo la _____ ha costruito gli ultimi modelli privi di questa funzionalità. Pertanto, pur prendendo atto della Vostra necessità, siamo a chiederVi che la mancanza di tale caratteristica NON venga considerata motivo di esclusione.	Registrazione audio durante l’evento è da ritenersi opzionale quindi requisito non a pena esclusione.



**ASST NORD MILANO – Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di n. 19 defibrillatori comprensivi della garanzia di 24 mesi di tipo full risk e del materiale di consumo per un periodo di 60 mesi, occorrenti all’Ospedale Città di Sesto San Giovanni ed ai Poliambulatori dell’ASST Nord Milano.
CIG n. 6642817201**

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

4.	Si chiede conferma che la Polizza Fidejussoria dovrà avere validità 180 giorno dal termine ultimo per l'invio delle offerta, 27/09/2016.	Si conferma quanto riportato ed indicato al paragrafo B.6 “Offerta economica”, pag. 23 del Disciplinare di gara ovvero <i>“l’offerta è vincolante per un periodo di 210 giorni, a far tempo dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.”</i> A tal proposito anche la polizza fideiussoria dovrà avere <u>validità pari a 210 giorni</u> . Si precisa e richiama, inoltre, l’art. 93, comma 5, del D.lgs 50/2016, il quale stabilisce che: <i>“la garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il bando o l’invito possono richiedere una garanzia con termine maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento”</i> .
5.	Buongiorno, a pagina 11, punto 2, del file "Disciplinare di gara", viene richiesto, pena esclusione, di compilare l'allegato 2. Quanto detto sopra contrasta però con quanto indicato nella prima pagina del documento stesso dove viene riportata questa nota: "Il seguente Allegato 2 deve essere prodotto in caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa) o di Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o di Consorzio Ordinario di Concorrenti o di GEIE da ciascuna delle imprese". Il singolo operatore economico (che non fa parte di un RTI o di Aggregazioni o di Consorzi o di GEIE) deve quindi produrre l'allegato 2 oppure no?	L’Allegato 2 deve essere prodotto e compilato – a pena di esclusione - da qualsiasi concorrente intenda partecipare alla presente procedura di gara, sia che partecipi come singolo operatore o in RTI o in Aggregazioni tra Imprese o Consorzi o GEIE, etc. La nota richiamata nella prima pagina dell’allegato 2 precisa che detto “Allegato 2”, in caso di partecipazione di RTI o in Aggregazioni tra Imprese o Consorzi o GEIE, etc., deve essere compilato da tutte le società costituenti o costituende lo stesso– a pena di esclusione.

NB.: Si precisa che la Stazione Appaltante ha provveduto a rispondere ai quesiti pervenuti entro il giorno 12/09/2016 ore 12.00.

14/09/2016