

ASST NORD MILANO – Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di n. 2 letti travaglio parto comprensivi della garanzia di 24 mesi di tipo full risk, occorrenti all’Ospedale Città di Sesto San Giovanni dell’ASST Nord Milano.

CIG. 68813036DF

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

NR. QUESITO	Quesito	Risposta
1.	Cosa intendete per pedaliera di comando?	Per “pedaliera di comando” si intende un dispositivo che permetta all’operatore di comandare i movimenti del letto utilizzando i piedi.

NB.: Si precisa che la Stazione Appaltante ha provveduto a rispondere ai quesiti pervenuti entro il giorno 22/02/2017 ore 12.00.

22/02/2017