



PRESIDI ANTIDECUBITO
TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE
- SECONDA TRANCHE -

NR. QUESITO	Quesito	Risposta
1.	A pagina 19 del disciplinare di gara, tra i requisiti richiesti per il lotto 2, è riportato il seguente "l'installazione del materasso dovrà essere accompagnata da documento che attesti il buon funzionamento del presidio e l'avvenuta sanificazione"; si chiede di precisare se per documento che attesti il buon funzionamento del materasso si intenda il documento che accompagna il presidio antidecubito indicando l'esecuzione positiva delle prove elettriche sullo stesso	Il Documento da rilasciare in fase di consegna del Presidio Antidecubito dovrà attestare il superamento positivo delle prove elettriche, il perfetto funzionamento di ogni sua componente e l'avvenuta sanificazione.
2.	Nel capitolato speciale viene richiesto quale requisito minimo indispensabile per la partecipazione ad entrambi i lotti il possesso della certificazione ISO 9001:2015: la nostra azienda è in possesso della ISO 9001:2008 e ha avviato tutti i procedimenti per ottenere la nuova certificazione. Dato che il termine per l'adeguamento alla nuova Iso è il 14 settembre 2018, è possibile presentare il certificato della ISO 9001:2008 accompagnato da dichiarazione che si sono avviati tutti i processi per ottenere la nuova certificazione ISO?	Saranno accettate le società che possiedono la certificazione ISO UNI EN ISO 9001:2008 UNI CEI EN ISO 13485:2012.
3.	Tra i criteri di aggiudicazione indicati nella lettera F) del disciplinare di gara, pag. 32, è chiaramente espresso che all'offerta economica verranno attribuiti 30 punti (lettera a) lotto 1 e lettera c) lotto 2). Subito sotto alle lettere a) e c) sopra dette, è riportata la frase "il punteggio massimo sopra indicato (50 punti) sarà attribuito all'offerta economica più bassa presentata". Si chiede di chiarire l'incongruenza evidenziata.	La procedura di cui trattasi, sarà aggiudicata ai sensi dell'Offerta economicamente più vantaggiosa per entrambi i Lotti, con la seguente suddivisione dei punteggi: OFFERTA TECNICA 70 punti OFFERTA ECONOMICA 30 punti.
4.	Tra i criteri di aggiudicazione indicati nella lettera F) del disciplinare di gara, pag. 35, viene riportato il seguente algoritmo di riparametrazione dei punteggi attribuiti alle ditte partecipanti: $y=(Qb*30)/Qo$ Posto che il punteggio massimo attribuibile è 70 punti, si chiede di chiarire	L'algoritmo corretto è il seguente: $y= (Qb*70)/Qo$ dove: y = punti da attribuire all'offerta presa in considerazione;



PRESIDI ANTIDECUBITO
TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE
- SECONDA TRANCHE -

	<p>l'incongruenza per cui nel sopra riportato algoritmo è stato inserito 30 anziché 70.</p>	<p>Qo = miglior punteggio tecnico-qualitativo assegnato; Q b = punteggio tecnico-qualitativo assegnato alla ditta considerata</p>
5.	<p>L'articolo 5 del capitolato speciale d'appalto, a pag. 7 stabilisce che, con la manutenzione straordinaria "dovranno essere sostituite tutte le parti di ricambio interne ed esterne, senza oneri aggiuntivi per la scrivente Azienda". È evidente che ciò comporta un ingiusto aggravio di costi a carico delle ditte partecipanti che, oltre alla attività di manutenzione eseguita direttamente con mezzi propri, vengono sovraccaricate del pagamento del pezzo relativo ai pezzi di ricambio di presidi antidecubito non propri e ciò al fine di adempiere ad un servizio di manutenzione. Si ritiene che detta clausola sia illegittima, e comporti un indebito arricchimento a vantaggio della stazione appaltante, poiché non può rientrare nel prezzo del servizio anche il prezzo di singole componenti, anche molto costose, le quali debbono essere reperite sul mercato e pagate direttamente dalla ditta aggiudicataria del servizio. Per le ragioni sopra esposte, si chiede che la parte del capitolato sopra riportata tra virgolette, venga modificata nel senso che l'Azienda si assume il costo dei pezzi di ricambio e/o componenti del sistema antidecubito di sua proprietà che debbono essere necessariamente sostituite, restando a carico della azienda aggiudicataria esclusivamente il costo della manutenzione.</p>	<p>La manutenzione deve essere di tipo full risk, nulla escluso. Pertanto si intendono compresi anche i pezzi di ricambio.</p>



PRESIDI ANTIDECUBITO
TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE
 - SECONDA TRANCHE -

6.	<p>L'articolo 5 del capitolato speciale d'appalto, a pag. 7, nella sezione III, stabilisce che i teli di copertura dovranno essere sanificati ogni 7 giorni e che, per ogni materasso (n. 86 materassi) "dovranno essere consegnati n. 1 telo di copertura che rimarrà in stand-by, per ragioni di necessità e urgenza. (totale teli muletto n. 86)". Trattandosi di materassi di modelli diversi e di ditte produttrici diverse, si chiede di chiarire se gli 86 teli muletto da consegnare al momento della sanificazione vengano messi a disposizione dalle singole strutture sanitarie interessate oppure se sia la ditta aggiudicataria che deve procurarsi, acquistandoli sul mercato, i teli di copertura aggiuntivi per ciascun materasso di proprietà dell'Azienda. In questo secondo caso, anche detta prescrizione del capitolato sarebbe da ritenersi illegittima per indebito arricchimento dell'ente ed eccessiva onerosità della prestazione posta a carico della ditta aggiudicataria.</p>	<p>L'Operatore Economico Concorrente dovrà garantire – per l'intera durata contrattuale – la fornitura di n. 2 teli muletto per ogni tipologia di materasso a presidio (tot. 20: n. 10 al Bassini/n. 10 a Sesto)</p> <p>Al termine del contratto, i teli muletto NON passeranno nella proprietà della ASST Nord Milano.</p> <p>Si precisa che la sanificazione dei teli sarà richiesta al bisogno, in corrispondenza della dimissione del paziente, indicativamente circa ogni 7 giorni, come descritto nel CSA.</p>
7.	<p>L'articolo 5 del capitolato speciale d'appalto, a pag. 8 dispone tra i "requisiti indispensabili per le procedure generali di decontaminazione/sanificazione" la necessaria attivazione di una piattaforma telematica, con spese a carico della ditta aggiudicataria, che dovrà completamente interfacciarsi con i sistemi telematici dell'ASST. Si chiede di chiarire meglio che tipo di interfaccia utente è richiesta in adempimento al predetto punto del capitolato, al fine anche di meglio comprendere a quali ulteriori spese ed oneri sarebbe soggetta la ditta che intendesse partecipare alla gara indetta dal Vostro Ente.</p>	<p>La ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione una piattaforma <i>WEB BASED</i> richiamabile dalla pagina della intranet aziendale attraverso cui tracciare tutti i processi di gestione e riparazione.</p>

PRESIDI ANTIDECUBITO
TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE
- SECONDA TRANCHE -

8.	<p>L'articolo 5 del capitolato speciale d'appalto, a pag. 9, sezione II, indica il "volume di attività" previsionale, basato sui dati 2016 come segue: - quantità materassi a domicilio n.70 - giornate di noleggio n. 1.680. Da nostra verifica statistica sui dati sopra riportati, risulta il numero di 24 giornate/anno di noleggio per presidio antidecubito. Si chiede di confermare questo dato.</p>	<p>Si conferma quanto indicato negli atti di gara: n. 70 materassi a domicilio moltiplicati per 24 giornate/anno danno come risultato un totale complessivo pari a n. 1.680 giornate.</p>
9.	<p>L'articolo 5 del capitolato speciale d'appalto, a pag. 7, nella sezione III stabilisce che debbano essere svolte le sanificazioni dei teli di copertura ogni 7 giorni per ciascun materasso, ovvero per 86 materassi. Il medesimo articolo, sempre a pag. 5, sezione IV relativa alla sanificazione, specifica che debbono essere eseguite complessivamente n. 320 sanificazioni annuali per il PO Bassini e n. 120 sanificazioni annuali per il PO Sesto San Giovanni. I dati riportati nelle due sezioni del medesimo articolo non sembrano coincidere poiché nella sezione III vengono richieste complessivamente n. 4.472 sanificazioni annuali (86 presidi x 52 settimane all'anno), mentre nella successiva sezione IV vengono stimate complessivamente 440 sanificazioni annuali (320 PO Bassini + 120 PO Sesto San Giovanni). Si chiede di meglio specificare e precisare il dato sulle sanificazioni richieste.</p>	<p>Si precisa che le sanificazioni richieste avvengono in due modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SANIFICAZIONI <u>COMPLETE</u> (MATERASSO + MOTORE+TELO)= 440 sanificazioni complete annuali 2. SANIFICAZIONI TELO 86 TELI DI PROPRIETA' X 52 SETTIMANE= 4.472 <p>Al fine di fornire maggiori strumenti per la formulazione dell'offerta, si riporta di seguito un Estratto dalla procedura aziendale, la quale verrà integralmente condivisa con l'aggiudicatario della procedura in oggetto, in fase di avvio del servizio:</p> <p><i>1.1 Sanificazione presidi antidecubito</i></p> <p><i>In caso di richiesta di sanificazione completa alla ditta esterna l'OSS e/o l'Inf/Inf.Ped rimuovono il presidio dal letto con il relativo motore, lo inseriscono nel sacco apposito e lo ripongono nel deposito sporco.</i></p> <p><i>La ditta incaricata preleverà presso il reparto i presidi da sanificare e li riconsegnerà sempre al reparto dopo 48 ore.</i></p> <p><i>La sanificazione completa del presidio antidecubito (materasso e motore) deve essere chiesta a seguito delle seguenti condizioni :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>utilizzo sullo stesso paziente per un tempo \geq 20 gg.;</i> • <i>utilizzo su un paziente con infezione ;</i>



PRESIDI ANTIDECUBITO
TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE
- SECONDA TRANCHE -

		<ul style="list-style-type: none">• <i>utilizzo su paziente sottoposto ad intervento chirurgico di chirurgia maggiore;</i>• <i>utilizzo su paziente ricoverato in terapia intensiva;</i>• <i>decesso del paziente;</i>• <i>contaminazione massiva del presidio con liquidi biologici del paziente.</i> <p><i>Nelle altre situazioni il personale OSS provvede a:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>sostituire il telo di copertura che ha caratteristiche antibatteriche;</i>• <i>sanificare l'unità motore con panno monouso imbevuto di detergente disinfettante a base di cloro (antisapril 20ml/litro d'acqua)</i>• <i>rimuovere il presidio antidecubito dal letto, metterlo in un sacco pulito e collocarlo insieme al rispettivo motore nel deposito pulito.</i>
--	--	---