



**ASST NORD MILANO – AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER “INDAGINE DI MERCATO” FINALIZZATO ALL’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA DI RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.2 “ELETTOBISTURI MONO E BIPOLARE”- DI CUI UNO CON MODULO AD ARGON - E DEI RELATIVI KIT, PRODOTTI , MATERIALI DI CONSUMO E ACCESSORI NECESSARI PER ELETTROCHIRURGIA MULTIDISCIPLINARE.**

**TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE**

NR. QUESITO	Quesito	Risposta
A	<p align="center"><b>Precisazioni</b></p>	<p><i>Si precisa che detto avviso riguarda unicamente una <u>mera indagine esplorativa di mercato</u> volta, tra l'altro, ad acquisire informazioni dal mercato e, nello specifico dagli operatori economici interessati, utili a questa ASST per valutare e definire – in funzione delle precise esigenze e rispetto alle informazioni in tal modo acquisite - la successiva fase di negoziazione con RDO. Detta indagine esplorativa è volta altresì ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici, interessati ed in grado di poter concorrere alla successiva fase di negoziazione che sarà all'uopo istruita.</i></p>
1.	<p>Con la presente si richiede che le seguenti caratteristiche tecniche non siano considerate "pena esclusione" per la partecipazione al sub-lotto inerente all'apparecchiatura destinata all'endoscopia digestiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attivazione delle modalità monopolare e bipolare sia da pedale sia da manipolo in quanto non esistono sul mercato accessori per endoscopia digestiva con tali caratteristiche ovvero gli accessori per endoscopia digestiva non vengono attivati dal relativo manipolo.</li> <li>- potenza massima nominale indicativamente pari a 300W in quanto per le procedure dedicate all'endoscopia digestiva non è richiesta tale potenza.</li> </ul>	<p>Le caratteristiche tecniche indicate per l'indagine di mercato non sono pena esclusione</p>



**ASST NORD MILANO – AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER “INDAGINE DI MERCATO” FINALIZZATO ALL’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA DI RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.2 “ELETTROBISTURI MONO E BIPOLARE”- DI CUI UNO CON MODULO AD ARGON - E DEI RELATIVI KIT, PRODOTTI , MATERIALI DI CONSUMO E ACCESSORI NECESSARI PER ELETTROCHIRURGIA MULTIDISCIPLINARE.**

**TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE**

2.	al fine di individuare meglio il prodotto potreste indicare una marca e un codice di riferimento tipo?	Non è possibile indicare una marca e un codice di riferimento tipo.
3.	<p>Con riferimento alla procedura in oggetto si richiedono cortesemente i seguenti chiarimenti:</p> <p>1. Nella lettera di avviso dell’indagine di mercato si riporta una durata di 36 mesi, mentre nell’allegato B si fa riferimento ad un noleggio della durata di 48 mesi. Si chiede cortesemente di chiarire a quale delle due alternative si debba fare riferimento.</p> <p>2. Si chiede cortesemente di specificare qual è la massima tolleranza ammissibile sul valore nominale della potenza massima dell’elettrobisturi destinato all’endoscopia digestiva, considerando che, tra i requisiti tecnici, si fa riferimento ad una “potenza massima nominale indicativamente pari a 300 W”.</p>	<p>1. Si è provveduto a modificare la documentazione di gara. L'allegato B ha lo scopo di confrontare i costi per un eventuale acquisto con i costi per un eventuale noleggio di 48 mesi.</p> <p>2. essendo un’indagine di mercato non si specifica la tolleranza ammessa, si chiede pertanto di proporre per l’endoscopia l’apparecchio ritenuto più idoneo.</p>



**ASST NORD MILANO – AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER “INDAGINE DI MERCATO” FINALIZZATO ALL’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA DI RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.2 “ELETTOBISTURI MONO E BIPOLARE”- DI CUI UNO CON MODULO AD ARGON - E DEI RELATIVI KIT, PRODOTTI , MATERIALI DI CONSUMO E ACCESSORI NECESSARI PER ELETTROCHIRURGIA MULTIDISCIPLINARE.**

**TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE**

4.	<p>Ci preghiamo sottoporre le seguenti richieste:</p> <p>1. Considerando che la nostra azienda ha la possibilità di rispondere ai requisiti tecnici richiesti nell’indagine di mercato con diverse soluzioni tecnologiche, chiediamo cortesemente se fosse possibile proporre due diverse configurazioni alternative per quanto riguarda l’apparecchio per endoscopia digestiva, oppure se è necessario attenersi ad una sola configurazione.</p> <p>2. Trattandosi di una indagine di mercato, preliminare all’espletamento di una RdO, chiediamo se in fase di risposta alla RdO sarà possibile effettuare eventuali migliorie sui prezzi presentati nella presente indagine di mercato, oppure se questi sono già da considerarsi definitivi.</p>	<p>1. essendo un’indagine di mercato , è possibile proporre più alternative ritenute idonee.</p> <p>2. sì, sarà possibile effettuare eventuali migliorie sui prezzi in fase di esperimento di successiva procedura negoziale (RdO).</p>
5.	<p>Buongiorno</p> <p>con la presente si chiede di specificare se gli elettrobisturi da Voi richiesti devono essere offerti entrambi o è possibile presentare offerta solo per una delle tue tipologie richieste.</p>	<p>Si può presentare offerta anche solo per una delle tue tipologie richieste.</p>



**ASST NORD MILANO – AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER "INDAGINE DI MERCATO" FINALIZZATO ALL'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA DI RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.2 "ELETTOBISTURI MONO E BIPOLARE"- DI CUI UNO CON MODULO AD ARGON - E DEI RELATIVI KIT, PRODOTTI, MATERIALI DI CONSUMO E ACCESSORI NECESSARI PER ELETTROCHIRURGIA MULTIDISCIPLINARE.**

**TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE**

6.	<p>Gentile cliente, si rende necessario chiarire se l'allegato B debba essere compilato con le informazioni della "proposta" economica formulata con opzione di acquisto e di noleggio (per 36 o 48 mesi?) oppure se tale allegato, come indicato a pag. 3 dell'avviso, debba riportare i dati delle forniture analoghe realizzate nell'ultimo triennio. Segnaliamo, inoltre, che non risulta possibile quotare gli accessori e il consumabile dedicato e non, non essere indicati quantitativi e tipologie e, pertanto, con le informazioni che vi forniremmo la base d'asta della futura rdo non sarebbe completamente determinabile.</p>	<p>Si è provveduto a modificare la documentazione di gara. L'allegato B ha lo scopo di confrontare i costi per un eventuale acquisto con i costi per un eventuale noleggio di 48 mesi.</p>
----	---	--

NB.: Si precisa che la Stazione Appaltante ha provveduto a rispondere ai quesiti pervenuti entro il giorno 05/04/18 ore 16.00.

05/04/18