



ASST NORD MILANO – Procedura aperta in forma aggregata per la fornitura di prodotti per apparecchiature lavapadelle, lavaferri e lavaendoscopi, per un periodo di 36 mesi occorrenti ai seguenti Enti sanitari: Nord Milano, Fatebenefratelli-Sacco, Grande Ospedale Metropolitano Niguarda e all'IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

NR. QUESITO	Quesito	Risposta
1	<p>Segnaliamo che nel disciplinare di gara di gara non avete indicato: - l'AVVALIMENTO e la relativa regolamentazione e documentazione richiesta in gara. - quali documenti verranno richiesti a comprova dei requisiti dichiarati. - non sono indicati i requisiti minimi di partecipazione. Tale richiesta è avanzata in quanto [...]non disponiamo di fatturato specifico e, pertanto, volevamo avvalerci del fatturato specifico del Produttore. Chiediamo inoltre quali saranno i documenti che saranno richiesti a comprova dei requisiti. Ringraziamo e cordialmente salutiamo</p>	<p>Si precisa che per la partecipazione alla procedura di che trattasi non sono richiesti requisiti economico - finanziari minimi, ciò al fine di garantire il principio di "favor participationis".</p> <p>Resta inteso che l'avvalimento, sebbene non argomentato all'interno degli atti di gara, è comunque ammesso nel rispetto dell'art.89 del D.Lgs 50/2106 e s.m.i.</p>
2	<p>Scriviamo la presente in relazione alla gara indicata in oggetto per richiedervi gentilmente ai fini della partecipazione ai lotti n. 3, 4, 5, 6, 7, 8 le schede tecniche dei prodotti attualmente in uso sui macchinari relativi ai predetti lotti. In attesa di un vostro cortese riscontro porgiamo i nostri più cordiali saluti. [...]Tale richiesta si rende necessaria al fine di analizzare le schede ed i dettagli dei prodotti attualmente in uso sui macchinari in modo tale da poter predisporre la migliore offerta comparativa</p>	<p>La stazione appaltante ha provveduto a specificare negli atti di gara marca e modello delle lavaendoscopi. Le informazioni riguardanti i prodotti indicati e compatibili dal manuale delle stesse sono facilmente reperibili. Si ritiene che tutte le informazioni possano essere reperite autonomamente partendo da quanto indicato negli atti di gara stessi.</p>
3	<p>(LOTTO 2) Da normativa del codice degli appalti, la gara dovrebbe essere qualità prezzo, come mai è solo prezzo?</p>	<p>L'aggiudicazione, così come espressamente riportato nel Disciplinare di gara, avverrà ai sensi dell' 95 comma 4 b) del D.Lgs n. 50/2016 ovvero al minor prezzo "per servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato". A tal riguardo si rimanda a quanto riportato nella linea guida 2 di ANAC che, per detti servizi/forniture, espressamente cita:"devono intendersi quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla</p>



ASST NORD MILANO – Procedura aperta in forma aggregata per la fornitura di prodotti per apparecchiature lavapadelle, lavaferri e lavaendoscopi, per un periodo di 36 mesi occorrenti ai seguenti Enti sanitari: Nord Milano, Fatebenefratelli-Sacco, Grande Ospedale Metropolitano Niguarda e all'IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

		<p><i>prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali. I servizi e le forniture “caratterizzati da elevata ripetitività” soddisfano esigenze generiche e ricorrenti, connesse a lla normale operatività delle stazioni appaltanti, richiedendo approvvigionamenti frequenti al fine di assicurare la continuità della prestazione. In sostanza, la norma citata consente alle stazioni appaltanti (e agli operatori economici) di evitare gli oneri, in termini di tempi e costi, di un confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto qualità e prezzo, quando i benefici derivanti da tale confronto sono nulli o ridotti (in relazione all'importo del contratto). Ciò si verifica quando le condizioni di offerta sono tali da imporre, di fatto, l'acquisto di beni o servizi con condizioni note alla stazione appaltante già in fase di predisposizione del bando o quando, per gli affidamenti di importo limitato, i vantaggi attesi, in termini di qualità, sono ridotti, in quanto la stazione appaltante predispone il progetto esecutivo per i lavori (e non necessita di un rilancio competitivo su aspetti e caratteristiche che vengono compiutamente definiti ex ante nel progetto posto a base di gara) o la stessa ha una lunga esperienza nell'acquisto di servizi o forniture a causa della ripetitività degli stessi”.</i></p> <p>La fornitura in argomento presenta le suddette condizioni, trattandosi di fornitura caratterizza da elevata ripetitività. Tutti gli elementi e le caratteristiche tecniche essenziali di idoneità dei</p>
--	--	---





ASST NORD MILANO – Procedura aperta in forma aggregata per la fornitura di prodotti per apparecchiature lavapadelle, lavaferri e lavaendoscopi, per un periodo di 36 mesi occorrenti ai seguenti Enti sanitari: Nord Milano, Fatebenefratelli-Sacco, Grande Ospedale Metropolitano Niguarda e all'IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

		prodotti sono descritti e dettagliati negli atti di gara.
4	(LOTTO 2) Per la struttura ospedaliera del Niguarda viene richiesta polvere detergente, ma da una mappatura della struttura risultano It, cosa si offre?	I fabbisogni indicati sono quelli pervenuti da ciascun Ente Sanitario aggregato, comunicate in funzione delle rispettive esigenze. Tali esigenze fanno sì che si utilizzino sia prodotti in forma liquida che in polvere.
5	(LOTTO 2) Viene richiesta in offerta un'unica voce, come è possibile se le macchine operano con 2 o 3 detergenti diversi?	I prodotti sono suddivisi per tipologia (detergente in polvere, detergente liquido, neutralizzante liquido, lubrificanti). L'operatore economico potrà offrire un unico prodotto per ciascuna tipologia. Si ricorda che al termine del relativo settaggio le lavaferri dovranno funzionare con i prodotti sopra descritti.
6	(LOTTO 2) Agganciandoci all'obiezione sopra, la base d'asta è cumulativa, come è possibile se bisogna offrire prodotti diversi?	L'aggiudicazione avverrà nei confronti della ditta che avrà complessivamente offerto il prezzo più basso calcolato sulla somma di tutte le tipologie di prodotti offerti per il lotto di riferimento, necessari per il corretto utilizzo delle apparecchiature per l'effettuazione dei cicli di lavaggio.
7	(LOTTO 2) Visto che la gara è solamente a prezzo, come mai non è richiesta una prova in loco dei detergenti, per testarne l'effettiva capacità di lavaggio?	Così come espressamente riportato nel nell'allegato Capitolato Speciale (paragrafo 5.2a), pag. 11; 5.6 pag. 20), la SA ha ritenuto di fissare dei settaggi in fase di avvio del servizio tramite i quali sarà verificata l'effettiva idoneità ed efficacia dei prodotti offerti. Ciascun operatore dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, che i prodotti offerti, al termine dell'operazioni di settaggio, garantiranno il corretto funzionamento delle lavaferri. La SA ha altresì previsto un periodo di prova di 3 mesi (vedesi art. 3.3 "DURATA E DECORRENZA DELLA FORNITURA, PROROGA E PERIODO DI PROVA" del capitolato



ASST NORD MILANO – Procedura aperta in forma aggregata per la fornitura di prodotti per apparecchiature lavapadelle, lavaferri e lavaendoscopi, per un periodo di 36 mesi occorrenti ai seguenti Enti sanitari: Nord Milano, Fatebenefratelli-Sacco, Grande Ospedale Metropolitano Niguarda e all'IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

		speciale) al fine di constatare da parte di ogni ente committente la piena idoneità dei prodotti offerti rispetto a ciascun lotto.
8	(LOTTO 2) Le descrizioni sono estremamente generiche, ma i cicli di lavaggio che vengono effettuati in ogni centrale, richiedono specifiche precise, in questo modo un solo tipo di detergente va bene per tutti i tipi di ciclo?	Le descrizioni fornite permettono agli operatori economici di proporre dei prodotti idonei per tipologia di macchina e vari tipi di ciclo previsti per macchina. Si precisa che i cicli variano in funzione al tempo/durata/temperatura e quantità di prodotto "pescato". Al termine dei settaggi delle lavaferri ciascun ente disporrà (a seconda della lavaferri da utilizzare) di: un detergente in polvere, di un detergente liquido, di un neutralizzante liquido e di un lubrificante. Al riguardo si rimanda al relativo schema di offerta economica dove sono indicate le voci che dovranno essere offerte e quotate dagli operatori economici concorrenti.
9	(LOTTO 2) Visto che i detergenti, da come si può evincere dalle singole schede tecniche, hanno diluizioni diverse, come mai non è previsto un costo ciclo che è effettivamente indice di un costo reale, piuttosto che il costo a Lt o kg?	Ai fini dell'istruttoria e predisposizione della procedura in oggetto, la stazione appaltante ha ritenuto opportuno procedere con l'aggiudicazione della procedura sulla base del costo al Lt/Kg.
<p><i>Con riferimento al sotto riportato quesito si precisa che lo stesso è pervenuto oltre la scadenza dei termini indicati nel disciplinare. Tuttavia questa SA ha ritenuto di dover rispondere ai fini della partecipazione.</i></p>		

ASST NORD MILANO – Procedura aperta in forma aggregata per la fornitura di prodotti per apparecchiature lavapadelle, lavaferri e lavaendoscopi, per un periodo di 36 mesi occorrenti ai seguenti Enti sanitari: Nord Milano, Fatebenefratelli-Sacco, Grande Ospedale Metropolitano Niguarda e all'IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

10	<p>Scriviamo la presente per significare quanto segue. In ordine ai lotti 3,4,5,6,7 e 8 la documentazione di gara richiede che l'Operatore Economico produca per ciascun lotto, a pena di esclusione, tra gli altri documenti, una "dichiarazione sottoscritta e rilasciata - in corso di validità - dal produttore della Lavaendoscopi attestante l'idoneità all'uso dei prodotti offerti relativamente all'apparecchiatura di destinazione". Sul punto si evidenzia come tale richiesta risulti manifestamente restrittiva poiché è in grado di limitare, in maniera importante, la partecipazione degli operatori economici alla gara indetta. A nulla vale il tentativo di ampliare la platea dei possibili operatori economici interessati alla gara in parola, consentendo loro di partecipare attraverso prodotti equivalenti, se poi agli stessi viene richiesto di ottenere a pena di esclusione una certificazione rilasciata dal produttore della lavaendoscopi che, con un elevato grado di probabilità, sarà esso stesso (o i suoi distributori) a partecipare direttamente alla gara in oggetto. Il predetto requisito risulta per le ragioni sopra esposte in contrasto con i principi ispiratori della materia e, in particolare, con il principio di favorire la massima partecipazione possibile degli operatori economici (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 11 gennaio 2011, n. 85). In aggiunta a quanto sopra riportato si sottolinea inoltre come in assenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti utilizzati presso le varie strutture (riportanti ad esempio la composizione chimica dei consumabili) risulti oggettivamente complesso comprendere quali siano i prodotti effettivamente compatibili con i macchinari a disposizione delle singole strutture. Ciò impedisce inoltre all'operatore economico la formulazione di un'offerta precisa e responsabile che sia in grado di soddisfare le esigenze della S.A. e che allo stesso tempo risulti per quest'ultima particolarmente vantaggiosa. Per le ragioni sopra esposte si richiede pertanto una proroga dei termini per la partecipazione alla presente gara nonché di provvedere alla cancellazione di tale requisito.</p>	<p>La dichiarazione attestante l'idoneità dei prodotti è richiesta a garanzia del ciclo di sanificazione, disinfezione ad alto livello/sterilizzazione, come riportato nel manuale d'uso delle apparecchiature.</p>
----	---	---



ASST NORD MILANO – Procedura aperta in forma aggregata per la fornitura di prodotti per apparecchiature lavapadelle, lavaferri e lavaendoscopi, per un periodo di 36 mesi occorrenti ai seguenti Enti sanitari: Nord Milano, Fatebenefratelli-Sacco, Grande Ospedale Metropolitano Niguarda e all'IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

Si comunica che la S.A. ha provveduto a ripubblicare l'Allegato A al CSA in quanto, per mero errore materiale, sono stati indicati dei valori errati alle pagg.1 e 5. Si precisa che i dati riportati nel Disciplinare di gara, nel CSA, nonché negli allegati "schema di offerta" risultano corretti.

