



**SISTEMA PER L'IMPIANTO DELLA PROTESI D'ANCA**  
**TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE**  
 - SECONDA TRANCHE -

NR. QUESITO	Quesito	Risposta
1.	<p><i>Si chiede di meglio precisare, al fine dell' offerta economica, quale sia l'impianto-tipo da abbinare al sistema oggetto della fornitura</i></p>	<p>La Consultazione di mercato in oggetto è di carattere conoscitivo, pertanto è onere dell'Operatore Economico indicare se il lettino posizionale proposto richiede l'utilizzo di un particolare tipo di protesi, esclusivo, ovvero sia compatibile con altre, diverse protesi.</p>
2.	<p><i>Si ritiene opportuno evidenziare quanto segue:</i></p> <p><i>1. in primo luogo la consultazione di mercato va in sovrapposizione sia con la gara ARCA_2018_028.1 che prevede espressamente in tutti i lotti come criterio di valutazione la disponibilità di Strumentario completo per approccio mini-invasivo che con la gara ARCA_2015_51 aggiudicata in data 28/12/2017 che prevede in diversi lotti le protesi d'anca con stelo a ridotta invasività trocanterica (Lotto 10) e stelo corto (Lotti 14-15-17), le tipologie di stelo che corrispondono a queste caratteristiche sono utilizzate per l'accesso minivasivo con accesso anteriore; Inoltre, le protesi d'anca rientrano nelle categorie merceologiche di cui al DPCM 24/12/2015 e pertanto solo ARCA in virtù del decreto citato è la sola Amministrazione titolata a espletare gare per queste categorie merceologiche;</i></p> <p><i>2. Infine, in merito al sistema di protesi d'anca minivasivo con lettino posizionale, si fa presente che il lettino posizionale appartiene ad una classe merceologica estremamente diversa rispetto all'oggetto principale dell'appalto, si chiede pertanto di voler prevedere la richiesta di questo prodotto in un lotto a parte, distinto dal restante materiale, in conformità al dettato normativo, che all'art. 51 del Codice degli Appalti, dispone che "Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali (...), ovvero in lotti prestazionali (...), in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture"</i></p>	<p>L'oggetto della Consultazione è l'acquisizione di informazioni in merito alla fornitura di un lettino posizionale che consenta e faciliti l'innesto di protesi d'anca con accesso anteriore.</p> <p>La fornitura di protesi non rientra nell'oggetto dell'indagine, essendo note le situazioni indicate al punto 1) del quesito.</p> <p>Si chiarisce che si intendono acquisire, in estrema sintesi, le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la presenza sul mercato di operatori economici in grado di fornire il lettino di cui sopra;</li> <li>- se i lettini proposti sono o meno compatibili con una o più protesi d'anca presenti sul mercato;</li> <li>- le possibili condizioni di fornitura (vendita/noleggio/altro)</li> </ul> <p>In relazione agli esiti della consultazione preliminare e delle informazioni acquisite, questa Azienda adotterà ogni opportuna determinazione, nel rispetto della vigente normativa in materia di acquisti.</p>