

SISTEMA PER IL CORRETTO IMPIANTO DELLA PROTESI D'ANCA

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

- PRIMA TRANCHE -

NR. QUESITO	Quesito	Risposta
1.	<i>Si chiede di meglio precisare, visto che in un punto leggiamo che dovrà essere prodotto in gara ed in un altro punto leggiamo che deve essere prodotto nella consultazione di mercato, se il DGUE debba essere inviato in formato elettronico XLM o se sia sufficiente una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/200 riportante i dati di cui al punto 4), lettere a),b),c)d)</i>	Il richiamo al DGUE è un refuso. Tale documento verrà richiesto successivamente in fase di gara.
2.	<i>Si chiede di rendere disponibile l' Allegato A citato al punto 4);</i>	Si allega il fac simile Allegato A.
3.	<i>Si chiede di meglio chiarire quale sia l'oggetto della consultazione di mercato : - la sola apparecchiatura/sistema atto all' impianto di protesi, OPPURE - l'apparecchiatura/sistema corredata degli impianti protesici.</i>	L'oggetto della presente è da intendersi comprensivo dell'apparecchiatura/sistema corredata degli impianti protesici.
4.	<i>Si chiede di meglio chiarire cosa debba essere prodotto ai fini del "dettaglio prezzi unitari", visto che allo step. 3 di pag. 4 si indica il valore euro 0,1: - si deve indicare la valorizzazione sia dell' apparecchiatura che degli impianti protesici (qualora compresi in questa consultazione) ? - quale che sia la tipologia di prodotto, la valorizzazione deve essere indicata con i prezzi di listino C.C.I.A.A. o altro parametro ?</i>	È richiesta la quantificazione economica di ogni singola apparecchiatura e impianto protesico necessario all'utilizzo del sistema in oggetto, ai fini della futura ed eventuale quantificazione della spesa per questa ASST. Tale documento di dettaglio economico dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa e tecnica richieste. Nel campo di SinTel, invece, dovrà essere inserito quale valore € 0,1.