



**ASST NORD MILANO - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione globale delle apparecchiature biomediche occorrente alla ASST Nord Milano per un periodo di 18 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 18 mesi ed eventuale proroga di 6 mesi. Indizione di gara tramite Piattaforma regionale telematica Sintel. CIG 7750012837**

**TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE**

Nr.	Quesito	Risposta
A	<p>Con riferimento ai requisiti tecnico-professionali lettera B a), pag. 8 del disciplinare di gara, si chiede di confermare che, nell'ipotesi di partecipazione in RTI, la mandante debba dimostrare il possesso del requisito limitatamente ad almeno un contratto, in corso di esecuzione nel triennio di riferimento (2016-2018), il cui fatturato annuale sia almeno pari ad € 420.000,00 e, conseguentemente, la mandataria debba dimostrare il possesso di un contratto con fatturato almeno pari ad € 630.000,00.</p>	<p><i>Si conferma e si rimanda al Disciplinare di Gara, pag. 9 paragrafo "INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI D'IMPRESE DI RETE, GEIE"</i></p>
B	<p>Si chiede di confermare che i Documenti "allegato 3: DUVRI" e "Allegato 4- Informativa ai fornitori per consenso trattamento dati" non debbano essere compilati per la partecipazione alla procedura di gara, ma esclusivamente allegati, firmati digitalmente e con marcatura temporale, per accettazione/presa visione.</p>	<p><i>Si conferma.</i></p>



**ASST NORD MILANO - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione globale delle apparecchiature biomediche occorrente alla ASST Nord Milano per un periodo di 18 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 18 mesi ed eventuale proroga di 6 mesi. Indizione di gara tramite Piattaforma regionale telematica Sintel. CIG 7750012837**

**TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE**

C	Si chiede conferma che il punto “k- [se del caso - facoltativo] di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto” indicato nell'allegato 2 - "Ulteriori dichiarazioni", si tratta di refuso e pertanto tale punto possa essere barrato dall'impresa concorrente.	<i>Si conferma il carattere facoltativo della compilazione.</i>
---	--	---



**ASST NORD MILANO - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione globale delle apparecchiature biomediche occorrente alla ASST Nord Milano per un periodo di 18 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 18 mesi ed eventuale proroga di 6 mesi. Indizione di gara tramite Piattaforma regionale telematica Sintel. CIG 7750012837**

**TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE**

<b>D</b>	<p>1. Si chiede conferma che l'importo indicato alla fine della pagina 4 del disciplinare di gara relativo ai costi della sicurezza, pari ad € 1.200,00 debba essere considerato pari ad € 1.220,00.</p> <p>2. Si chiede conferma che in caso di diniego all'accesso atti, la "dichiarazione adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice" richiesta al punto n) dell' "ALLEGATO 2" ULTERIORI DICHIARAZIONI, debba essere inserita nella Busta Telematica contenente la documentazione Tecnica.</p>	<p>1) <i>Si conferma che l'importo relativo ai costi della sicurezza è pari ad € 1.220,00;</i></p> <p>2) <i>L'inserimento della "Dichiarazione adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice" di cui al punto n) dell' "ALLEGATO 2" ULTERIORI DICHIARAZIONI" va effettuato all'interno della Busta Amministrativa se il diniego è motivato. Nel caso in cui una società partecipante debba omettere alcune delle parti documentazione inerenti il progetto tecnico-qualitativo, tale documentazione con i relativi omissis dovrà essere inserita nella Busta Tecnica così come espressamente indicato in grassetto a pag. 28 del Disciplinare di gara che di seguito si riporta: <b>Il concorrente, nel caso ritenga non divulgabili alcune/i parti/elementi riportati nella documentazione tecnica di offerta nonché nell'eventuale documentazione rilasciata in ordine alle giustificazioni per la verifica dell'anomalia dell'offerta, è tenuto a produrre e ad allegare all'offerta medesima un'apposita versione della documentazione tecnica di offerta ed eventuali successive relative giustificazioni ove risultino oscure le parti ritenute non divulgabili, con in calce le relative motivazioni.</b> Qualora non venga rilasciata dal concorrente alcuna versione di cui al precedente capoverso, in caso di richiesta di accesso agli atti, ai sensi del comma 5 lett. a), 6 e 7 dell'art. 53 del D.lgs. n. 50/2016 l'ASST Nord Milano si terrà autorizzata a consentire la visione di tutti i documenti presentati.;</i></p>
----------	---	---



**ASST NORD MILANO - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione globale delle apparecchiature biomediche occorrente alla ASST Nord Milano per un periodo di 18 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 18 mesi ed eventuale proroga di 6 mesi. Indizione di gara tramite Piattaforma regionale telematica Sintel. CIG 7750012837**

**TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE**

	<p>3. Si chiede di confermare che la dicitura indicata al punto d. all'interno dell'elemento B3 pag.35 del Disciplinare debba essere corretta come indicato alla pag.27 del Disciplinare in cui è riportato "d. possibilità di estrazione, elaborazione dati, creazione report, ecc".</p> <p>4. Si chiede conferma che tutta la documentazione costituente l'offerta economica (richiesta al punto B7 del Disciplinare di gara) debba essere caricata sulla Piattaforma Sintel in un unico file formato .zip contenente al suo interno i singoli file richiesti ciascuno firmato digitalmente e marcato temporalmente.</p>	<p><i>3) si conferma che la dicitura indicata al punto d. all'interno dell'elemento B3 pag.35 del Disciplinare deve essere corretta come indicato alla pag.27 del Disciplinare e cioè: "d. possibilità di estrazione, elaborazione dati, creazione report, ecc"</i></p> <p><i>4) Si conferma</i></p>
--	--	--



**ASST NORD MILANO - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione globale delle apparecchiature biomediche occorrente alla ASST Nord Milano per un periodo di 18 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 18 mesi ed eventuale proroga di 6 mesi. Indizione di gara tramite Piattaforma regionale telematica Sintel. CIG 7750012837**

**TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE**

E	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La Marca Temporale permette di associare data e ora certe e legalmente valide ad un documento informatico e non fornisce informazioni sul firmatario. Pertanto si chiede conferma che la marcatura temporale richiesta sulla cauzione provvisoria, possa essere apposta dal concorrente anzichè dal soggetto garante</li> <li>2. Dato che la tabella esemplificativa riportata nell' "Allegato 5.2" - Verifiche ai sensi dell'Art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 si riferisce ad una FORNITURA, si chiede di confermare che il concorrente potrà presentare un prospetto con voci differenti rispetto a quelle indicate nell'Allegato 5.2, specificando valore economico e % di incidenza.</li> </ol>	<p>1) <i>Si conferma.</i></p> <p>2) <i>Si conferma.</i></p>
---	--	---



**ASST NORD MILANO - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione globale delle apparecchiature biomediche occorrente alla ASST Nord Milano per un periodo di 18 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 18 mesi ed eventuale proroga di 6 mesi. Indizione di gara tramite Piattaforma regionale telematica Sintel. CIG 7750012837**

**TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE**

<p style="text-align: center;"><b>F</b></p>	<p>In merito a quanto previsto nei documenti di gara ed in particolare in riferimento alle richieste di cui all'art. 6.2 "Manutenzione correttiva apparecchiature" e all'art.8 "STRUTTURA ORGANIZZATIVA E REQUISITI MINIMI DEL PERSONALE IMPIEGATO", al fine di quantificare ed individuare le migliori risorse da impiegare presso la vostra Azienda, chiediamo di dare evidenza del numero medio giornaliero di interventi tecnici di manutenzione correttiva suddivisi per tipologia di apparecchiatura. Se fosse possibile, chiediamo di avere il dato suddiviso per le strutture ospedaliere e per i distretti/poliambulatori sul territorio.</p>	<p><i>Si allega tabella "Allegato quesito F" contenente il numero di interventi richiesti nell'anno 2018 (dal 1/1/2018 al 31/12/2018) suddivisi per tipologia di apparecchiatura, per "presidio" e con indicazione del titolo di possesso dell'apparecchiatura</i></p>
---	--	--



**ASST NORD MILANO - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione globale delle apparecchiature biomediche occorrente alla ASST Nord Milano per un periodo di 18 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 18 mesi ed eventuale proroga di 6 mesi. Indizione di gara tramite Piattaforma regionale telematica Sintel. CIG 7750012837**

**TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE**

<p style="text-align: center;"><b>G</b></p>	<p>1. In riferimento all'art. A del Disciplinare di Gara ed in particolare al punto "Costi della Sicurezza", ultima riga di pagina 4, si chiede di confermare che l'importo ivi indicato pari a € 1.200 sia da considerarsi refuso e che l'importo corretto da considerare sia di € 1.220 come riportato più sopra e come indicato nell'Allegato 5 al DG "fac simile offerta economica".</p> <p>2. Si chiede di confermare che restano esclusi dai costi dell'appalto tutte le batterie non ricaricabili come indicato all'art. 6.7 del CSA.</p> <p>3. Al fine di poter correttamente dimensionare il servizio ed i relativi costi, si chiede di fornire un'indicazione della numerosità dei personal computer attualmente in dotazione al personale del SIC che, come richiesto dall'art. 6.8.1 del CSA, potranno essere oggetto di sostituzione.</p> <p>4. All'art. B.6 del Disciplinare di Gara viene descritta la struttura dell'Offerta Tecnica che i concorrenti dovranno presentare. Dall'analisi degli argomenti che dovranno essere trattati all'interno degli elementi che costituiscono l'Offerta Tecnica oggetto di valutazione risultano non</p>	<p>1) <i>Si conferma.</i></p> <p>2) <i>Si precisa che si intendono escluse la batterie non ricaricabili commerciali per la sostituzione delle quali non risulta necessario l'utilizzo di attrezzi e non risulta necessario effettuare verifiche del corretto funzionamenti dell'apparecchiatura (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si intende esclusa la sostituzione delle batterie commerciali dei registratori holter, mentre si ritiene inclusa la sostituzione delle batterie commerciali dei defibrillatori)</i></p> <p>3) <i>Potranno essere oggetto di sostituzione n° 6 pc</i></p> <p>4) <i>I seguenti servizi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Avvio del Servizio,</i></li> <li>• <i>Verifica inventario,</i></li> <li>• <i>Gestione indiretta,</i></li> <li>• <i>Manutenzione straordinaria,</i></li> <li>• <i>Consulenza</i></li> </ul>
---	---	--



**ASST NORD MILANO - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione globale delle apparecchiature biomediche occorrente alla ASST Nord Milano per un periodo di 18 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 18 mesi ed eventuale proroga di 6 mesi. Indizione di gara tramite Piattaforma regionale telematica Sintel. CIG 7750012837**

**TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE**

	<p>ricompresi i seguenti servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Avvio del Servizio,</li> <li>•Verifica inventario,</li> <li>•Gestione indiretta,</li> <li>•Manutenzione straordinaria,</li> <li>• Consulenza</li> <li>• Laboratori,</li> <li>• Strumenti di misura,</li> <li>• Orari del servizio.</li> </ul> <p>Si chiede pertanto di confermare che tali servizi non saranno oggetto di valutazione.</p> <p>5. In riferimento all'Allegato 2 al CSA si chiede di indicare se le apparecchiature aventi l'indicazione "Altro Ente" nella colonna "N - Modo Acquisizione" debbano essere considerate incluse o escluse dalla gestione diretta.</p> <p>6. In riferimento all'Allegato 2 al CSA si chiede di confermare che le apparecchiature aventi l'indicazione "si" nella colonna "P - contratti diretti con produttori", anche se di proprietà della Stazione Appaltante, siano da considerarsi in gestione indiretta.</p> <p>7) Da ultimo si osserva che la predisposizione dell'offerta tecnica è particolarmente complessa e, per la sua elaborazione, sono indispensabili le</p>	<p><i>sono da intendersi come requisiti minimi e pertanto non saranno oggetto di valutazione.</i></p> <p><i>Mentre i seguenti servizi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Laboratori,</i></li> <li>• <i>Strumenti di misura,</i></li> <li>• <i>Orari del servizio</i></li> </ul> <p><i>verranno valutati all'intero dell' Elemento 2: struttura organizzativa e modalità di gestione del servizio</i></p> <p>5) <i>Le apparecchiature aventi come indicazione "Altro Ente" nella colonna N "Modo acquisizione" dell'allegato 2 al CSA devono essere gestite come indicato alla'art. 6.6 "Gestione apparecchiature presenti a titolo di garanzia, comodato d'uso, service, contratti diretti, ecc" del CSA</i></p> <p>6) <i>Le apparecchiature aventi l'indicazione "si" nella colonna P "contratto diretto con produttore" devono essere gestite come indicato alla'art. 6.6 "Gestione apparecchiature presenti a titolo di garanzia, comodato d'uso, service, contratti diretti, ecc" del CSA</i></p> <p>7) <i>Si acconsente ad una proroga del termine ultimo per la presentazione delle offerte rispetto a quello indicato negli atti di gara.</i></p>
--	--	--



**ASST NORD MILANO - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione globale delle apparecchiature biomediche occorrente alla ASST Nord Milano per un periodo di 18 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 18 mesi ed eventuale proroga di 6 mesi. Indizione di gara tramite Piattaforma regionale telematica Sintel. CIG 7750012837**

**TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE**

	<p>informazioni oggetto dei chiarimenti qui richiesti, che saranno rese disponibili solo pochi giorni prima del termine ultimo della presentazione delle offerte. Per tale motivo, anche al fine di garantire la più ampia partecipazione alla procedura di gara, si richiede la proroga del termine di presentazione dell'offerta di almeno 7 giorni lavorativi. Si tratta di un differimento minimo che non avrà reali ripercussioni sulla conclusione della procedura, ma che sarà utile anche a codesta stazione appaltante per poter ricevere offerte più complete e meditate. Si ricorda, comunque, che l'articolo 79 del D. Lgs. 50/2016 impone la proroga dei termini per la ricezione delle offerte, nel caso siano rese disponibili informazioni supplementari, in misura proporzionale all'importanza di dette informazioni e che, secondo la Giurisprudenza amministrativa, "Quando le richieste di chiarimento sono tempestive ed impongono informazioni supplementari significative, la proroga del termine di presentazione delle offerte è atto doveroso, in quanto non necessitante di valutazioni comparative fra gli interessi pubblici e privati coinvolti" (Cons. di Stato, Sez. III - sentenza 22 novembre 2017, n.5424).</p>	<p><b><u>Pertanto il <i>nuovo termine per la presentazione delle offerte è fissato al 4 aprile 2019 alle ore 17.00 e l'apertura delle buste amministrative, il giorno 5 aprile, alle ore 09.30.</i></u></b></p>
--	---	---



**ASST NORD MILANO - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione globale delle apparecchiature biomediche occorrente alla ASST Nord Milano per un periodo di 18 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 18 mesi ed eventuale proroga di 6 mesi. Indizione di gara tramite Piattaforma regionale telematica Sintel. CIG 7750012837**

**TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE**

Milano, 21/03/2019