

**N. 60 ELETTROCARDIOGRAFI E SISTEMI DI REFERTAZIONE INTEGRATI
TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE**

QUESITI E RISPOSTE

NR. QUESITO	Quesito	Risposta
1.	Si richiede gentilmente di voler indicare i canali di stampa <u>minimi</u> (6 oppure 12?);	Canali di stampa minimi 12 derivazioni
2.	Si richiede gentilmente di voler confermare se la stampante dovrà essere integrata sul sistema e non esterna(opzionale);	Si conferma stampante integrata
3.	Si richiede di voler indicare la grande della stampa <u>minima</u> (formato A4?).	Si richiede stampa tracciato 12 derivazioni
4.	CARATTERISTICHE MINIME DISPLAY Salve, si chiede se un display da 5,6" possa esser accettato?	NO, si ribadiscono le caratteristiche minimali
5.	Altresì, si chiede di voler confermare se all' indagine di mercato debba realmente (in questa fase) essere allegato un piano finanziario e/o offerta finale, tipica delle gare di appalto pubbliche e non delle indagini, che teoricamente dovrebbero determinare caratteristiche minime e base d'asta.	La presente consultazione preliminare di mercato è volta all'individuazione di una possibile base d'asta, trattasi di una stima economica al fine di identificare idonea procedura di gara.



**N. 60 ELETTROCARDIOGRAFI E SISTEMI DI REFERTAZIONE INTEGRATI
TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE**

N.B. PRECISAZIONI

L'operatore economico concorrente può partecipare per una o per entrambe le parti oggetto della consultazione di cui trattasi.