



**Fornitura di n. 2 colonne laparoscopiche di altissima fascia e nuova generazione con funzioni 4k, 3d comprensive di 24 mesi di garanzia full risk e 36 mesi di manutenzione full risk**

**TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE**

**QUESITI E RISPOSTE**

NR. QUESITO	Quesito	Risposta
1.	Si richiede conferma delle quantità di ottiche 2D e 3D e delle loro caratteristiche tecniche (diametro angolazione) così come specificato nei punti 9 e 10 del capitolato speciale: 9. Ottiche N.3 ottiche da 30° 10 mm autoclavabili e compatibili alla visione modalità ICG; N.1 ottiche da 0° 5 mm autoclavabile e compatibile alla visione modalità ICG; Compatibilità con le principali ottiche in commercio; 10. Sistema laparoscopico 3D Full HD N.1 ottica da 0° e 10 mm: composta da testina telecamera bicanale 3D Full-HD più ottica 3D bicanale, o alternativamente da videolaparoscopi 3D Full-HD con sensore in punta, peso contenuto e autoclavabili/sterilizzabili; N.1 ottica da 30° e 10 mm: composta da testina telecamera bicanale 3D Full-HD più ottica 3D bicanale, o alternativamente da videolaparoscopi 3D Full-HD con sensore in punta, peso contenuto e autoclavabili/sterilizzabili	<p><i>Si comunicano le quantità di ottiche a corredo di ogni colonna:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N.3 ottiche da 30° 10 mm autoclavabili e compatibili alla visione modalità ICG;</li> <li>- N.1 ottiche da 0° 5 mm autoclavabile e compatibile alla visione modalità ICG;</li> <li>- N.1 ottica da 30° e 10 mm: composta da testina telecamera bicanale 3D Full-HD più ottica 3D bicanale, o alternativamente da videolaparoscopi 3D Full-HD con sensore in punta, peso contenuto e autoclavabili/sterilizzabili.</li> </ul>
2.	<i>Si chiede inoltre se la " compatibilità con le principali ottiche in commercio " sia da intendere riferito alle testa di telecamera.</i>	<i>Si, la compatibilità con le principali ottiche in commercio è da intendere riferito alla testa di telecamera.</i>
3.	In merito all'Allegato 8 ?Dichiarazione sopralluogo? non è allegato ai documenti di gara e nel disciplinare non ci sono indicazioni relative alla data in cui effettuarlo, trattasi di refuso?	<i>Trattasi di refuso, non è richiesto alcun sopralluogo.</i>

**AVVISO IMPORTANTE: LA NUOVA SCADENZA DELLE OFFERTE È FISSATA AL 14 NOVEMBRE 2019, ORE 15.00**

**SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVE: 15 NOVEMBRE 2019, ORE 10.30, PRESSO LA UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO - I PIANO, VIA CASTELVETRO, 22 - 20154 MILANO.**