



L'affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk, per un periodo di 24 mesi relativo al tomografo a risonanza magnetica, mod. "Achieva 1,5t" (release software 3.2.3.4), e i relativi accessori, sistemi, impianti e strutture di supporto, installato presso il P.O. Bassini dell'Asst Nord Milano

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

QUESITI E RISPOSTE

NR. QUESITO	QUESITO	RISPOSTA
1	<ul style="list-style-type: none"> • Si richiede la possibilità di effettuare un sopralluogo presso la sede al fine di verificare lo stato generale del sistema 	<ul style="list-style-type: none"> • E' possibile effettuare sopralluogo previo appuntamento con il Servizio Ingegneria Clinica, inviando richiesta di sopralluogo alla mail: ingegneria.clinica@asst-nordmilano.it che comunicherà data ed orario.
2	<ul style="list-style-type: none"> • In merito alle modalità di redazione della Documentazione Tecnica (pag. 21 del DUP), si chiede di confermare che le brevi relazioni di cui al Documento 2, da predisporre per ogni elemento oggetto di valutazione, debbano intendersi elaborati in formato pdf distinti e non sezioni separate di un unico elaborato documentale. 	<ul style="list-style-type: none"> • Deve essere presentata una relazione (un unico elaborato documentale) con la descrizione, per ciascun elemento di valutazione, dei punti specificati nella tabella della pag. 22 del D.U.P. (un unico elaborato con sezioni separate per ciascun elemento di valutazione).
3	<ul style="list-style-type: none"> • In merito alle modalità di redazione della Documentazione Tecnica (pag. 21 del DUP), si chiede di chiarire se il limite massimo delle 25 facciate complessive sia da intendersi di ogni elaborato redatto in formato pdf oppure cumulativo di tutti gli elaborati componenti il Documento 1 e il Documento 2. 	<ul style="list-style-type: none"> • Il limite massimo di 25 facciate complessive è riferito al Documento 2.



L'affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk, per un periodo di 24 mesi relativo al tomografo a risonanza magnetica, mod. "Achieva 1,5t" (release software 3.2.3.4), e i relativi accessori, sistemi, impianti e strutture di supporto, installato presso il P.O. Bassini dell'Asst Nord Milano

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

4	<ul style="list-style-type: none"> In riferimento agli articoli 1.1 e 02 del DUP, si chiede di confermare che, in caso di eventuale proroga del contratto di manutenzione, l'importo che verrà corrisposto all'Appaltatore per un periodo di ulteriori 6 mesi sia pari a € 42.500,00 iva esclusa e al netto degli oneri della sicurezza per i rischi da interferenza. 	<ul style="list-style-type: none"> L'importo <u>stimato</u> relativo all'opzione della proroga per un periodo di 6 mesi è pari a € 42.500,00 al netto di IVA e degli oneri della sicurezza e per i rischi da interferenza. L'importo effettivo della proroga sarà riparametrato sulla base del canone di manutenzione offerto in sede di gara. Qualora la stazione appaltante eserciterà l'opzione della proroga, la stessa sarà disciplinata dall'art. 1.1 del D.U.P.
5	<ul style="list-style-type: none"> Si chiede di confermare che il valore negoziabile a base d'asta al netto degli oneri sia pari a € 170.000,00 iva esclusa per un periodo di 24 mesi (2 anni, pari all'intera durata dell'appalto escluso l'eventuale periodo di proroga) e che il dettaglio del calcolo del valore complessivo dell'appalto € 170.000,00 annui quale valore negoziabile del servizio al netto dell'IVA e degli oneri della sicurezza per i rischi da interferenza riportato all'articolo 02 del DUP sia frutto di mero refuso. 	<ul style="list-style-type: none"> Si conferma che si tratta di refuso e che il valore negoziabile a base d'asta al netto degli oneri della sicurezza per l'eliminazione/la riduzione dei rischi da interferenza è pari a € 170.000,00 iva esclusa per un periodo di 24 mesi.



L'affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk, per un periodo di 24 mesi relativo al tomografo a risonanza magnetica, mod. "Achieva 1,5t" (release software 3.2.3.4), e i relativi accessori, sistemi, impianti e strutture di supporto, installato presso il P.O. Bassini dell'Asst Nord Milano

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

6	<ul style="list-style-type: none"> • Si chiede di confermare che le attività tecnico manutentive minime che dovranno essere garantite dall'Appaltatore sugli impianti e sui sistemi a supporto siano esclusivamente le attività di controllo riportate nell'Allegato 10, come indicato all'articolo 4.2 pag. 6 del DUP. 	<ul style="list-style-type: none"> • Le attività riportate nell'allegato n. 10 sono le attività tecnico manutentive minime: resta inteso che qualsiasi altra attività necessaria per garantire il corretto ed efficiente funzionamento degli impianti e dei sistemi a supporto del sito di RM è compresa nel servizio in questione.
7	<ul style="list-style-type: none"> • In considerazione del fatto che nel DUP art. 12.3 Subappalto viene indicato che il concorrente, all'atto dell'offerta indica la parte e la relativa percentuale della fornitura/servizio che intende subappaltare, si chiede di confermare che il concorrente qualora intendesse eventuale ricorrere al subappalto dovrà indicare solo le attività e non la relativa percentuale come da normativa vigente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Atteso che l'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. stabilisce che "non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione della prestazione oggetto del contratto di appalto" (dunque il 100% dell'oggetto del contratto), dovranno essere indicate le attività che saranno date in subappalto e indicativamente le relative percentuali. Tali percentuali non sono ritenute vincolanti. Si ritiene comunque utile comunque conoscere le stesse ai fini di una migliore organizzazione e gestione del servizio, e monitoraggio sulla corretta esecuzione dello stesso.
8	<ul style="list-style-type: none"> • In considerazione del fatto che nel DUP - Documentazione Amministrativa- punto 8) viene indicato che il concorrente all'atto dell'offerta dovrà presentare la documentazione comprovante l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio, si chiede di confermare che quanto richiesto nel punto 9) dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto 	<ul style="list-style-type: none"> • Si conferma che la dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (di cui al punto 9 del DUP) può essere contenuta nella cauzione provvisoria richiesta al punto 8.



L'affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk, per un periodo di 24 mesi relativo al tomografo a risonanza magnetica, mod. "Achieva 1,5t" (release software 3.2.3.4), e i relativi accessori, sistemi, impianti e strutture di supporto, installato presso il P.O. Bassini dell'Asst Nord Milano

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

	<p>possa essere contenuto nella cauzione richiesta al punto 8).</p>	
9	<ul style="list-style-type: none"> • In considerazione del fatto che nell'allegato 2 ulteriori dichiarazioni lett. k) viene richiesta la seguente dichiarazione: [se del caso - facoltativo] di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto; si chiede di confermare che la stessa possa essere depennata non essendo presenti i documenti a cui si fa riferimento oppure in caso di diniego si chiede di mettere a disposizione dell'operatore economico di documenti. 	<ul style="list-style-type: none"> • La dichiarazione di cui alla lett. k) non è applicabile al presente appalto. Si precisa in proposito che l'impegno a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012 è obbligatorio nel caso di acquisti rientranti nelle categorie espressamente individuate dal "Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione", facoltativo negli altri casi.
10	<ul style="list-style-type: none"> • In considerazione dell'attuale disposto normativo ex art. 106 D.Lgs 50/2016, così come modificato dall'art. 29 del DL n. 4/22, convertito con legge n. 25 del 28 marzo 2022, nonché del nuovo schema di disciplinare del Bando Anac, approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 154 del 16 marzo 2022, stante l'obbligatorietà della clausola di variazione dei prezzi, si chiede di voler inserire la clausola di revisione dei prezzi, ad esempio, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano 	<ul style="list-style-type: none"> • A partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. Si



L'affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk, per un periodo di 24 mesi relativo al tomografo a risonanza magnetica, mod. "Achieva 1,5t" (release software 3.2.3.4), e i relativi accessori, sistemi, impianti e strutture di supporto, installato presso il P.O. Bassini dell'Asst Nord Milano

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

	disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto	precisa che la revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità. L'istanza di revisione prezzi deve essere inviata dall'Appaltatore e sarà accordata previa apposita istruttoria condotta dalla Stazione Appaltante.
--	--	---